



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ~~คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา~~

ที่ ~~อว ๐๖๕๖.๑๒(๓)/หค ๑๐๘~~ วันที่ ~~๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖~~

เรื่อง ~~ขอแจ้งครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม เกิดการชำรุด~~

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื่องด้วยข้าพเจ้า ผศ.กัญญา กอแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ผู้ดูแลครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ตู้เย็น หมายเลขครุภัณฑ์ ๙๙๙๙๑๖-๐๐๑-๐๐๑.๕/๖๑๑(วท.) จำนวน ๑ เครื่อง ประจำห้อง ๒๓๖๑๔ ได้ตรวจสอบพบความชำรุดของครุภัณฑ์ดังกล่าว โดยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายในตู้ชำรุด ทำให้ส่งสัญญาณเสียงเตือนออกมาในระดับที่ค่อนข้างดังตลอดเวลา ส่งผลรบกวนระหว่างการเรียนการสอน นั้น

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอแจ้งครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ตู้เย็น หมายเลขครุภัณฑ์ ๙๙๙๙๑๖-๐๐๑-๐๐๑.๕/๖๑๑(วท.) จำนวน ๑ เครื่อง ประจำห้อง ๒๓๖๑๔ เกิดการชำรุด (ดังเอกสารแนบ) และขอให้ทางคณะ ฯ พิจารณาการซ่อมแซมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา กอแก้ว)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ชุดครุภัณฑ์จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย ตู้เย็น หมายเลขครุภัณฑ์ ๙๙๙๙๑๖-๐๐๑-๐๐๑.๕/๖๑๑(วท.)

