ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИННОВАЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
С ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

ФОРМУЛЯР

Весы лабораторные ВК-3000

(Место хранения: 400087 г. Волгоград, ул.Новороссийская д.39.
Помещение №547)

Разработал:	Денисова Т.Д.
Утвердил:	Бугаева Л.И.
Введен с:	5.07.2021
Отменен с:	

1. Общие указания

Формуляр должен постоянно находится с изделием.

При записи в формуляре в бумажной форме не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.

При выполнении формуляра в бумажной форме неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая. При выполнении формуляра в электронной форме неправильная запись должна быть помечена, а вместо нее выполнена новая. Новые записи должны быть заверены ответственным лицом.

После подписи проставляют фамилию, и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

При передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

2. Основные сведения об изделии

Весы лабораторные ВК-3000
Заводской № 028624
Инвентарный № 01351850
Изготовлен: 2016 г. Россия. Производитель: Масса-К.

3. Основные технические данные

Модель	ВК-3000
max, г	3000
Цена деления, г	0,05
Класс точности	II (Высокий)
Наличие ветрозащитного экрана	Нет
Размеры весовой платформы, мм	136x162
Форма весовой платформы	Прямоугольная
Время стабилизации показаний, сек	3
Потребляемая мощность, ≤Вт	20
Питание от сети, В/Гц	220/50
Выходное напряжение от адаптера, В	9
Выходное напряжение от аккумулятора, В	6
Диапазон рабочих температур, 0С	От +10 до +40
Относительная влажность воздуха, %	30-80
Габаритные размеры весов, мм	180x220x85

Масса весов, кг	2
Калибровочные гири, г	1000
Гарантия	2 года

4. Индивидуальные особенности изделия

Весы предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов. Весы предназначены для эксплуатации при температуре от +10 до +40℃ и относительной влажности от 30 до 80%.
Перед использованием весы должны быть прогреты (включены в сеть) в течение 30 минут. После прогрева проводится юстировка в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

5. Комплектность

Наименование комплектующих	Количество
Весы	1 экз.
Чашка	1 экз.
Блок питания	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

6. Техническое обслуживание

Осмотры и все виды ремонта выполняются фирмой-изготовителем или специализированными предприятиями, имеющими с изготовителем договор. При эксплуатации весов потребителем должно выполняться ежедневное (межосмотровое) обслуживание весов: проверка установки весов по уровню (перед началом смены) и протирка платформы, корпуса весов и дисплея сухой тканью (во время обеденного перерыва и после окончания смены). Результат фиксируется ответственным лицом в журнале технического обслуживания в соответствии с планом.

После настройки или ремонта весов, связанных со снятием пломбы, весы должны быть предъявлены представителю Госстандарта для поверки. Вызов представителя производится потребителем.

Поверка производится в соответствии с ГОСТ 8.520. Межповерочный интервал – 1 год.

Журнал сервисного технического обслуживания оборудования

№	Содержание	Дата проведения	Исполнитель	Акт
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Поверочный лист

Наименование оборудования	*Заводской номер*	*Дата изготовления*	*Периодичность поверки*	*Поверка*		
				Дата	*№ св-ва о поверке*	*Срок очередной поверки*
Весы лабораторные ВК-3000	028624	2016	1 раз в год	20.03.2020	ПИ20032010	19.03.2021
Весы лабораторные ВК-3000	028624	2016	1 раз в год	19.03.2021	С-АЕЯ/19-03-2021/69691900	18.03.2022
Весы лабораторные ВК-3000	028624	2016	1 раз в год	18.03.2022	С-АЕЯ/18-03-2022/147735066	17.03.2023
Весы лабораторные ВК-3000	028624	2016	1 раз в год	16.03.2023	С-АЕЯ/16-03-2023/234198849	15.03.2024
Весы лабораторные ВК-3000	028624	2016	1 раз в год	15.03.2024	С-БИ/15-03-2024/324912365	14.03.2025