

2012/1/5

Tokyo Kids & Radiation

<https://sites.google.com/site/tokyokidsradiation/>

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 測定場所    | Tokyo Kids & Radiation ホームラボ |
| 測定時間    | 7200秒                        |
| 測定器     | 5.1 cm NaI (TI) シンチレーター      |
| 解析条件    | 体積(立体角)補正, エネルギー効率補正         |
| サンプルの説明 | 東京都杉並区和田の土(歩道)               |
| サンプルの量  | 100g                         |

## 測定結果

**Cs137, Cs134:** 15,073.9 Bq/kg (+/- 66)

## スペクトル

