



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI

Jalan Let. Jend. Suprpto No. 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telepon/Fax 085824184658, Pos-el blkkalteng@gmail.com

FORMULIR PERMINTAAN PENGUJIAN ALAT (FPPA)

No: /FPPA/LKK-PKY/KALIBRASI /... /.....

<u>Nama Pelanggan</u> <i>Customer Name</i>	:	Drs. H. Sugiyarto, M.AP.		
<u>Alamat</u> <i>Address</i>	:	-		
<u>Personel Penghubung</u> <i>Contact Person</i>	:	Ramadhan		
<u>Telp/ Faks/ Email</u> <i>Phone/ Fax/ Email</i>	:	0813 2688 8988		
<u>Tempat Kalibrasi</u> <i>Place of Calibration</i>	:	☐ <u>Laboratorium</u> <i>Laboratory</i>	☐ <u>Pelanggan</u> <i>Customer</i>	
<u>Tanggal Terima</u> <i>Receipt Date</i>	:	07 Juli 2026 09:38		
<u>Tanggal Kalibrasi</u> <i>Calibration Date</i>	:	07 Juli 2026		

Tarif pengujian/kalibrasi :

☐ Alat Hisap Medik /Suction Pump (Rp.0)	☐ Tensimeter Digital / Blood Pressure Monitor (Rp. 0)	☐ Tensimeter Analog / Aneroid / Sphygmomanometer (Rp. 0)	☐ Timbangan Dewasa Digital (Rp. 0)	☐ Timbangan Dewasa Mekanik (Rp. 0)
☐ Timbangan Bayi Digital (Rp. 0)	☐ Timbangan Bayi Mekanik (Rp. 0)			

Peralatan yang dilakukan pengujian/kalibrasi :

No	Nama Alat	Merk	Type/No. seri	Titik Kalibrasi*	Kapasitas/Ketelitian*	Jumlah*
1	Tensimeter Digital / Blood Pressure Monitor	Yuwell	YE 660B / B2103016625		0 - 300 mmHg / ± 3 mmHg.	1
2	Tensimeter Digital / Blood Pressure Monitor	taff Omicron	BW-305		40 - 280 mmHg / ± 3 mmHg.	1
3						
4						
5						

Kaji Ulang Permintaan:

No.	Unsur Kaji Ulang	Hasil Kaji Ulang *)
1	Kemampuan Personel	Mampu / tidak mampu
2	Kondisi Akomodasi	Baik / tidak baik
3	Beban Pekerjaan Lab.	Over load / tidak over load
4	Kondisi Peralatan	Rusak / tidak rusak
5	Kesesuaian Metode	Sesuai / tidak sesuai
Kesimpulan*): permintaan dapat / tidak dapat dilayani		

*) Harus diisi dengan jelas dan lengkap.

*) Kami menyatakan bahwa data yang ditulis diatas adalah benar dan apabila terjadi kesalahan yang diakibatkan perubahan/kesalahan data, maka kami sebagai pengguna jasa tidak akan menuntut penggantian atau revisi terhadap lembar hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium akibat kesalahan tersebut.

Diterima Oleh :	Dikaji Ulang Oleh :	Disetujui Oleh :
 M. Jamaludin Ridho,A.Md.T.	 ()	 Pelanggan ()



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI

Jalan Let. Jend. Suprpto No. 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telepon/Fax 085824184658, Pos-el blkkalteng@gmail.com

Lampiran 1: Metode Kerja dan Waktu Penyelesaian

No.	Alat	Sertifikasi & Metode Kerja	Waktu Penyelesaian
1	Alat Hisap Medik / Suction Pump	Perdirjen Pelayanan Kesehatan RI No.HK.02.02/D/ 43649/2024 MK 032-2024	60 Menit
2	Tensimeter Digital / Blood Pressure Monitor	Perdirjen Pelayanan Kesehatan RI No.HK.02.02/D/ 43649/2024 MK 075-2024	60 Menit
3	Tensimeter Analog / Aneroid / <i>Sphygmomanometer</i>	Perdirjen Pelayanan Kesehatan RI No.HK.02.02/D/ 43649/2024 MK 090-2024	60 Menit
4	Timbangan Dewasa Digital	Perdirjen Pelayanan Kesehatan RI No.HK.02.02/D/43649/2024 MK 104-2024	60 Menit
5	Timbangan Dewasa Mekanik	Perdirjen Pelayanan Kesehatan RI No.HK.02.02/D/43649/2024 MK 103-2024	60 Menit
6	Timbangan Bayi Digital	Perdirjen Pelayanan Kesehatan RI No.HK.02.02/D/43649/2024 MK 100-2024	60 Menit
7	Timbangan Bayi Mekanik	Perdirjen Pelayanan Kesehatan RI No.HK.02.02/D/43649/2024 MK -2024	60 Menit
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			