

Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти в Україні» відповідно до умов і положень фінансової політики донора оголошує тендер на закупівлю ультразвукового апарату для Запорізького державного медико-фармацевтичного університету у формі запиту цінових пропозицій. Проєкт реалізовується Швейцарським інститутом тропічного і громадського здоров'я за мандатом Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.

Технічне завдання тендеру:

Враховуючи потребу у відновленні обладнання партнерського закладу Запорізького державного медико-фармацевтичного університету після пошкоджень, завданих ракетними ударами країни-агресора, проєкт оголошує закупівлю апарату ультразвукової діагностики для забезпечення якісного освітнього процесу та практичної підготовки майбутніх лікарів.

Очікуваний термін надання пропозицій: до 13.10.2025 року.

До участі у тендері запрошуються компанії, фізичні особи-підприємці

Вимоги до учасників тендеру:

1. Якість та відповідність стандартам:

- Обладнання має бути нового виробництва, відповідати встановленим стандартам та вимогам якості.

2. Гарантія та сервісне обслуговування:

- Запропонований товар повинен покриватися гарантією виробника щонайменше протягом 24 місяців з дати доставки кінцевому бенефіціару та підписання Акту прийому - передачі.

3. Вартість:

- Ціна обладнання повинна бути конкурентоспроможною на ринку та відповідати її якості. Вказана вартість апарату має включати доставку до кінцевого бенефіціара. Ціна вказується без ПДВ.

4. Доставка та логістика:

- Постачальник повинен забезпечити своєчасну та надійну доставку обладнання в партнерський заклад вищої освіти (кінцевий бенефіціар): Запорізький державний медико-фармацевтичний університет за адресою: 69035, місто Запоріжжя, бульвар Марії Примаченко, будинок 26.
- Імена та контактна інформація (телефон, email, тощо) відповідальної особи у закладі-бенефіціарі будуть надані, коли це буде потрібно для управління логістикою доставки.
- Графік доставки: Протягом 6 тижнів після підписання договору.

5. Документація та інструкції:

- До обладнання має бути додана уся необхідна документація та інструкції.

6. Витратні матеріали, аксесуари та запчастини: Постачальник має надати вичерпний перелік усіх витратних матеріалів, аксесуарів та запчастин, що використовуються разом із товаром у своїй ціновій пропозиції відповідно до специфікацій, вказаних у Додатку 1.

7. Відповідальність:

- Учасник несе відповідальність за отримання будь-яких необхідних дозволів та ліцензій (у тому числі на експорт та імпорт) на продаж товарів, запропонованих до торгів, і самостійно несе всі витрати, пов'язані з отриманням таких дозволів та ліцензій.

8. Країна походження товарів:

- Це можуть бути будь-які країни, за винятком тих, що перебувають під санкцією ООН. Крім того, товар, який поставляється Постачальником, не повинен бути походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран.

9. Конфлікт інтересів:

В учасника торгів не повинно виникнути конфлікту інтересів. Усі учасники торгів, у яких виявлено конфлікт інтересів, будуть дискваліфіковані.

Формат та вимоги до комерційної пропозиції:

Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

- подається на бланку/аркуші із актуальними реквізитами, контактними телефонами, електронними адресами та підписом та печаткою (якщо передбачено);
- копії реєстраційних документів (виписка з ЄДР про державну реєстрацію, свідоцтво/довідка платника податків)
- цінова пропозиція має містити інформацію про вартість товару відповідно до Додатку 1 «Технічні специфікації». Учасник повинен вказати у комерційній пропозиції ціну окремої одиниці товару та загальну ціну комерційної пропозиції. Загальна ціна пропозиції та всі інші ціни повинні бути точно та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень чи застережень і ні за яких обставин не підлягати змінам чи виправленням, у тому числі шляхом знижок / націнок, протягом періоду дії тендеру.

Термін надання тендерних пропозицій:

Тендерні пропозиції приймаються **до 13.10.2025 р.** включно на електронну пошту ihor.shchavii@mededu.org.ua; або на поштову адресу: Київ, вулиця Лютеранська, 6-Б, офіс 43. Просимо надсилати тендерні пропозиції з підписом та печаткою (якщо передбачено). Документи, що надійшли із запізненням, будуть відхилені.

Додаткова інформація:

Швейцарський Інститут тропічного та громадського здоров'я (Swiss TPH), в рамках проекту Розвиток медичної освіти в Україні, фаза 2, що є проектом технічної допомоги згідно з реєстраційною карткою № 5327 від 17.11.2023 та свідоцтвом про акредитацію №242 від 18.10.2011 (зі змінами від 13.07.2015, 26.04.2019, 06.12.2022, 31.10.2023, 17.11.2023), виданих Секретаріатом Кабінету Міністрів України, що діє на основі Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво (дата підписання 13.10.1997, дата ратифікації 14.05.1999, дата набуття чинності 09.06.1999) та Постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 №153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», тому використання учасником тендеру, що є платником ПДВ, положень п. 197.11 ст. 197 ПКУ є пріоритетним при відборі переможця серед учасників – платників ПДВ. Ця вимога не стосується учасників - неплатників ПДВ, їх пропозиції беруть участь у тендері на загальних умовах.

У разі необхідності, компанії, що має намір скористатися пільгою відповідно до п. 197.11 ст. 197 ПКУ, буде надана покрокова інструкція (інструкція розроблена юридичною компанією) щодо документального підтвердження пільгової операції, заповнення податкової накладної та податкової декларації з податку на додану вартість.

№ п/п	Найменування	Технічні вимоги до обладнання	Од. вим.	Кіль- кість	Ціна за одиницю , грн (без ПДВ)	Ціна всього, грн (без ПДВ)
1	Апарат ультразвукової діагностики	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Форм-фактор: Стационарна ультразвукова система з регульованою по висоті панеллю керування Монітор: 21,5-дюймовий світлодіодний монітор високої роздільної здатності Панель керування: сенсорна панель Порт датчиків: 3 активні порти для датчиків Об'єм пам'яті: Вбудований SSD, ємністю не менше 512 ГБ РЕЖИМИ ТА МОЖЛИВОСТІ • В-режим (2D-візуалізація у відтінках сірого) • Режим Гармоніка • М-режим • Кольоровий доплер (картування кольорового потоку) • Енергетичний доплер • Імпульсно-хвильовий доплер • Постійний хвильовий доплер ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ • Енергетичний направлений доплер • Кольоровий М-режим • Алгоритми покращення зображення (зменшення плямистості, багатопроменеве об'єднання, адаптивна обробка зображень) • Система підтримує конвексні, лінійні, секторні, мікроконвексні та ендокавітарні датчики (опційно 3D/4D датчики). АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ • Автоматична оптимізація зображення в В-режимі • Автоматична оптимізація спектрального доплера (PW/CW) • Автоматична оптимізація кольорового доплера. Доплерографія • Автоматизовані протоколи обстеження зі структурованим робочим процесом • Автоматичне визначення та розрахунок доплеровського спектру • Автоматизоване створення протоколів досліджень ПОРТИ ПІДКЛЮЧЕННЯ • VGA • HDMI	шт	1		

		• S-Video • USB • Ethernet • Wi-Fi (опційно) ДАТЧИКИ • Ширококутовий конвексний датчик для абдомінальної, акушерсько-гінекологічної та педіатричної візуалізації з високою роздільною здатністю ближнього поля				
Всього (без ПДВ):						