Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (ИЦиГ СО РАН) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» руководствуясь Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта (цены контракта заключаемого с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом от 02.10.2013г. №567 просит предоставить коммерческое предложение с указанием сроков поставки и страны происхождения **для проведения процедуры закупки поставка товаров медицинского назначения для нужд НИИКЭЛ – филиала ИЦиГ СО РАН**

Требования к отгрузке и поставке:
Место (адрес) поставки – г. **630117, г.Новосибирск, ул. Арбузова, 6 НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН**

Существенные условия поставки:
1. Цена указывается в рублях Российской Федерации.
2. В цену должны входить стоимость товара, упаковки, маркировки, погрузки, доставки и разгрузки, а также таможенные пошлины (если товар поставляется из-за границы), налоги, сборы и другие сопутствующие расходы, в том числе оплату услуг сторонних организаций.
3. Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере 10% от начальной (максимальной) цены договора.
4. Поставка товаров осуществляется в течение **14 (четырнадцати) календарных дней** с момента направления заявки Заказчиком.

Предполагаемый срок проведения процедуры закупки – **апрель 2023 года**

Данный запрос коммерческого предложения не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должна однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг. При расчете НМЦК предпочтение будет отдано коммерческим предложениям, содержащим расчёт цены.

При предложении товара, не совпадающего с запрашиваемым по техническим характеристикам выделить характеристики цветом.

Дата формирования запроса 31.03.2023г.

Информацию направлять по электронной почте: zakupki@niikel.ru, до 07.04.2023г.

Описание объекта закупки

При указание цен на медицинские изделия просим учитывать положения приказа Минздрава России № 450Н от 15.05.2020 в части указания ставки НДС.

№ п/п	Наименование	КТРУ/ОКПД2	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Степлер линейный ручной режущий эндоскопический, одноразового использования	32.50.13.190-00007434	Инструмент хирургический сшивающий линейный удлиненный для эндоскопических оперативных вмешательств. Тип универсальный (дополнительный параметр обусловлен необходимостью в процессе оперативного вмешательства использовать аппарат с различными кассетами). Предназначен для прошивания тканей путем наложения двух тройных рядов титановых скобок в шахматном порядке, с одновременным рассечением ткани между ними (дополнительный параметр обусловлен необходимостью выполнения качественной, высокотехнологической манипуляции на тканях). Должен иметь следующие параметры: Длина штока 260 мм (указание длины инструмента необходимо для проведения хирургических манипуляций на интересуемой глубине зоны вмешательства), диаметр штока 12 мм (указание диаметра является необходимым для обеспечения совместимости аппарата с троакарами). Вращатель ствола на 360 градусов (предназначен для вращения рабочей части инструмента). Шарнирный рычаг (предназначен для изгиба кассеты). С помощью рычага кассеты должны изгибаться в диапазоне от 0 до 45 градусов в обоих направлениях (дополнительный параметр обусловлен необходимостью обеспечения максимально удобного доступа к тканям). При изгибании кассеты в обе стороны должна быть возможна ее фиксация не менее чем в 5 положениях (дополнительный параметр обусловлен необходимостью обеспечения удобства манипуляции инструментом). Рычаг ручного возврата лезвия в исходное положение (предназначен для возврата ножа и бранш кассеты в исходное положение). Кнопка фиксации кассеты на ручке (дополнительный параметр обусловлен технологическими особенностями аппарата при производстве). Противоскользящие накладки (для исключения возможности выскальзывания аппарата). Две рукоятки: 1- упорная рукоятка, 2- рукоятка закрытия и прошивания (для предоставления возможности совершать манипуляции одной рукой). Метки длины наложенного шва (для предоставления возможности контроля длины прошивания). Отсутствие лезвия в инструменте (обусловлено технической конструкцией самого аппарата и кассет: нож включен в конструкцию кассеты). Предохранитель, препятствующий случайному прошиванию (для предотвращения случайного прошивания). Механизм ручного возврата лезвия при прошивании части кассеты и при полном прошивании кассеты (дополнительный параметр обусловлен особенностью проводимого оперативного вмешательства).	шт.	1

			Блокировка инструмента при отсутствии, при неправильно вставленной и использованной кассете (для обеспечения безопасности). Инструмент должен быть совместим с кассетами серии ENDO GIA (дополнительный параметр обусловлен необходимостью совместимости с кассетами, имеющимися в учреждении). Возможность комплектования с кассетами разной длины (30, 45, 60мм), которые обеспечивают наложение 6 рядов скобок (для обеспечения универсальности аппарата во время хирургического вмешательства) Перезарядка инструмента во время операции – не менее 25 раз (для обеспечения надежности аппарата во время совершения хирургической процедуры). Должен поставляться стерильным.		
2	Степлер линейный ручной режущий эндоскопический, одноразового использования	32.50.13.190-00007434	Стерильный ручной хирургический инструмент, применяемый во время абдоминальной, гинекологической, педиатрической, торакальной эндоскопической операции для быстрого перерезания и иссечения тканей и создания анастомоза; инструмент может быть использован во время открытого оперативного вмешательства. Длина штока, не менее 250 мм (для возможности использования сшивающего аппарата в бариатрической практике). Диаметр штока, 12,5 мм (для использования сшивающего аппарата с троакаром с диаметром канюли не менее 12 мм). Антибликовое покрытие штока (предотвращает отражение от инструмента, возникающее при использовании оптики в эндоскопической практике). Присоединительный размер дистального конца штока, 11,0мм (для плотного крепления аппарата с кассетой). Должен использоваться с артикуляционными и прямыми кассетами с длиной шва 30, 45, 60 мм (позволяет работать с кассетами различной толщины и длины прошиваемой ткани). Ротация штока на 360° (для удобства позиционирования кассеты в необходимой плоскости во время эндоскопических операций). Предохранитель на корпусе рукоятки (предотвращает от случайного прошивания в ходе манипуляций). Механизм активации ножа (запускает работу толкателя, расположенного в сшивающем аппарате для последующей активации ножа в корпусе кассеты). Одна рукоятка сведения браншей и прошивания (при первичном нажатии обеспечивает сведение браншей, второе и последующие нажатия обеспечивают прошивание тканей на 15 мм за каждый последующий раз) Рычаг поворота кассеты при работе с артикуляционной кассетой позволяет ступенчато отрегулировать необходимый угол изгиба кассеты до 45°(параметр не требует конкретизации). Прорезиненная поверхность рукоятки (для снижения скольжения рук специалиста при проведении хирургических манипуляций). Ползунок раскрытия браншей кассеты (активирует раскрытие браншей кассеты при неправильном расположении прошиваемой ткани и/или после совершенных манипуляций)	шт.	1

			Возможность перезарядки одноразовыми кассетами не менее 8 раз в рамках одной операции (для возможности смены кассет с длиной шва в диапазоне от 30 до 60 мм для тканей различной толщины). Стерильно. Для однократного применения (для профилактики внутрибольничных инфекций). Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев		
3	Загрузочный блок для степлера хирургического, одноразового использования	32.50.13.190-00008383	Кассета (одноразовый загрузочный блок) к инструментам хирургическим сшивающим линейным универсальным. Расположение скоб в кассете должно быть в два тройных ряда в шахматном порядке (параметр обусловлен необходимостью обеспечения герметичности и надежности механического шва). Высота открытой скобки наружные ряды 4,0 мм (параметр обусловлен необходимостью обеспечения надежного удержания ткани на растяжение). Высота открытой скобки средние ряды – 3,5 мм (параметр обусловлен необходимостью обеспечения надежного удержания тканей и сохранения достаточной степени кровоснабжения). Высота открытой скобки внутренние ряды 3,0 мм (параметр обусловлен необходимостью обеспечения надежного гемостаза и аэростаза, механического шва). Высота закрытых скобок наружные ряды 2,25 мм (параметр обусловлен необходимостью правильной оценки толщины прошиваемой ткани в наружном шве). Высота закрытых скобок внутренние ряды 1,5мм (параметр обусловлен необходимостью правильной оценки толщины прошиваемой ткани на внутреннем шве). Рабочая длина (длина скобочного шва) –не менее 45 мм (указание длины необходимо для проведения хирургических манипуляций на интересуемой длине зоны вмешательства). Материал скобок - МРТ-совместимый материал (для предоставления возможности пациенту в дальнейшем проходить лечение и все необходимые обследования). Канал для лезвия между тройными рядами скобок (параметр обусловлен технической конструкцией кассеты). Наличие узла изгиба (параметр необходимый для обеспечения максимально приемлемого доступа в операционном поле) Угол изгиба в диапазоне от 0 до 45 градусов в обе стороны (необходимый параметр, позволяющий работать в условиях ограниченного доступа). Встроенный механизм блокировки лезвия при использованной кассете (параметр обусловлен необходимостью избежать вероятности повторного использования кассеты уже без скобок). Транспортировочный зажим (препятствует выпадению скобок при транспортировке и установке в инструмент). Кассета должна иметь цветовую маркировку (указать)(для обеспечения возможности зрительного контроля использования кассеты). Должна поставляться заряженной (для соблюдения и обеспечения оснащения кассеты в условиях, предусмотренных производителем).	шт.	1

			Стерильная (для соблюдения норма септики и антисептики). Кассета должна быть совместима с универсальными сшивающими аппаратами, имеющимися у Заказчика.		
4	Загрузочный блок для степлера хирургического, одноразового использования	32.50.13.190-00008383	Кассета артикуляционная с ножом к эндоскопическим линейным сшивающим аппаратам (для возможности позиционирования кассеты в разных плоскостях под необходимым углом). Поворот кассеты должен осуществляться с помощью ручного механизма на сшивающем аппарате Угол изгиба артикуляционной кассеты в каждую сторону должен составлять 45° (для возможности позиционирования кассеты в разных плоскостях под необходимым углом). Поворот кассеты осуществляется с помощью ручного механизма на сшивающем аппарате Длина шва, 45 мм (характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур). Три уровня высоты скоб: Высота скоб до прошивания, 3,0/3,5/4,0 мм (за счет ступенчатого накладывания скоб от линии разреза к латерали оптимизируется сила сдавливания ткани для улучшения питания культи). Высота скоб после прошивания в диапазоне от 1,5 до 2,25 мм (характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур). Форма скоб после прошивания должна быть В-образная (для обеспечения надежной фиксации скобы со сниженным риском некроза ткани). Кассета для нормальной и утолщенной ткани, цвет исполнения фиолетовый(унифицированный цвет кассеты для удобства идентификации специалистом). Скобы в кассете расположены в шахматном порядке (для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи) Количество рядов скоб - 6 (для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи). Количество скоб в кассете, 66 шт (для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи). Материал скоб- МРТ- совместимый титановый сплав (не подвергается структурным изменениям в биологических средах, обладает биохимической инертностью по отношению к окружающим тканям). Между двумя последующими рядами расположен паз для выдвижения ножа (для последующего рассечения прошиваемой ткани). Нож из нержавеющей стали должен быть встроен в кассету (с каждой сменой кассеты меняется нож, обеспечивая рассечение высокого качества). Длина разреза, 40 мм (длина разреза короче линии шва- для формирования правильного анастомоза). Стерильно. Для однократного применения (для профилактики внутрибольничных инфекций). Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев	шт.	1

5	Загрузочный блок для степлера хирургического, одноразового использования	32.50.13.190-00008383	Кассета (одноразовый загрузочный блок) к инструментам хирургическим сшивающим линейным универсальным. Расположение скоб в кассете должно быть в два тройных ряда в шахматном порядке (параметр обусловлен необходимостью обеспечения герметичности и надежности механического шва). Высота открытой скобки наружные ряды 4,0 мм (параметр обусловлен необходимостью обеспечения надежного удержания ткани на растяжение). Высота открытой скобки средние ряды – 3,5 мм (параметр обусловлен необходимостью обеспечения надежного удержания тканей и сохранения достаточной степени кровоснабжения). Высота открытой скобки внутренние ряды 3,0 мм (параметр обусловлен необходимостью обеспечения надежного гемостаза и аэростаза, механического шва). Высота закрытых скобок наружные ряды 2,25 мм (параметр обусловлен необходимостью правильной оценки толщины прошиваемой ткани в наружном шве). Высота закрытых скобок внутренние ряды 1,5мм (параметр обусловлен необходимостью правильной оценки толщины прошиваемой ткани на внутреннем шве). Рабочая длина (длина скобочного шва) –не менее 60 мм (указание длины необходимо для проведения хирургических манипуляций на интересуемой длине зоны вмешательства). Материал скобок - МРТ-совместимый материал (для предоставления возможности пациенту в дальнейшем проходить лечение и все необходимые обследования). Канал для лезвия между тройными рядами скобок (параметр обусловлен технической конструкцией кассеты). Наличие узла изгиба (параметр необходимый для обеспечения максимально приемлемого доступа в операционном поле) Угол изгиба в диапазоне от 0 до 45 градусов в обе стороны (необходимый параметр, позволяющий работать в условиях ограниченного доступа). Встроенный механизм блокировки лезвия при использованной кассете (параметр обусловлен необходимостью избежать вероятности повторного использования кассеты уже без скобок). Транспортировочный зажим (препятствует выпадению скобок при транспортировке и установке в инструмент). Кассета должна иметь цветовую маркировку (указать)(для обеспечения возможности зрительного контроля использования кассеты). Должна поставляться заряженной (для соблюдения и обеспечения оснащения кассеты в условиях, предусмотренных производителем). Стерильная (для соблюдения норм асептики и антисептики). Кассета должна быть совместима с универсальными сшивающими аппаратами, имеющимися у Заказчика.	шт.	1
6	Загрузочный блок для степлера хирургического, одноразового использования	32.50.13.190-00008383	Кассета артикуляционная с ножом к эндоскопическим линейным сшивающим аппаратам (для возможности позиционирования кассеты в разных плоскостях под необходимым углом). Поворот кассеты должен осуществляться с помощью ручного механизма на сшивающем аппарате .	шт.	1

			Угол изгиба артикуляционной кассеты в каждую сторону должен составлять 45° (для возможности позиционирования кассеты в разных плоскостях под необходимым углом). Поворот кассеты осуществляется с помощью ручного механизма на сшивающем аппарате . Длина шва, 60 мм (характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур). Три уровня высоты скоб: Высота скоб до прошивания, 3,0/3,5/4,0 мм (за счет ступенчатого накладывания скоб от линии разреза к латерали оптимизируется сила сдавливания ткани для улучшения питания культи). Высота скоб после прошивания в диапазоне от 1,5 до 2,25 мм (характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур). Форма скоб после прошивания должна быть В-образная (для обеспечения надежной фиксации скобы со сниженным риском некроза ткани). Кассета для нормальной и утолщенной ткани, цвет исполнения фиолетовый (унифицированный цвет кассеты для удобства идентификации специалистом). Скобы в кассете расположены в шахматном порядке (для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи). Количество рядов скоб - 6 (для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи). Количество скоб в кассете, 90 шт (для создания герметичного анастомоза с сохранением микроциркуляторного питания культи). Материал скоб- МРТ- совместимый титановый сплав (не подвергается структурным изменениям в биологических средах, обладает биохимической инертностью по отношению к окружающим тканям). Между двумя последующими рядами расположен паз для выдвижения ножа (для последующего рассечения прошиваемой ткани). Нож из нержавеющей стали должен быть встроен в кассету (с каждой сменой кассеты меняется нож, обеспечивая рассечение высокого качества). Длина разреза, 55 мм (длина разреза короче линии шва- для формирования правильного анастомоза). Стерильно. Для однократного применения (для профилактики внутрибольничных инфекций). Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев		