

Типичные нарушения требований законодательства об обеспечении единства измерений, выявленные в аккредитованных лабораториях во втором полугодии 2023 года

При проведении государственного метрологического надзора в аккредитованных лабораториях во 2 полугодии 2023 года Гродненской областной инспекцией Госстандарта выявлены следующие нарушения законодательства об обеспечении единства измерений:

- эксплуатация средств измерений, предназначенных для применения при измерениях в сфере законодательной метрологии, без прохождения государственной поверки (эксплуатация в сфере законодательной метрологии средств измерений прошедших поверку, калибровку для применения вне сферы законодательной метрологии);
- не соблюдается периодичность поверки/калибровки СИ;
- номенклатура продукции (параметры), испытываемой (измеренной) в лаборатории, не соответствует ее области аккредитации;
- нарушение методик (методов) измерений в части применения реактивов с истекшим сроком годности или с квалификацией ниже, установленной в методике (методе) измерений; средств измерений не соответствующих требованиям методики измерений;
- проведение испытаний с нарушением требований технических нормативных правовых актов (в части правильности выбора средств измерений и условий выполнения измерений);
- необеспеченность в полном объеме средствами измерений, реактивами;
- нарушения при оформлении результатов измерений (журналов, протоколов испытаний, измерений).