**Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną**

**na zdrowie ludzi i na środowisko.** ***Nazwa jednostki organizacyjnej***

**JOANNA ZAGÓL STOMATOLOGIA IMPLANTOLOGIA**

**Łapanów 49, 32 - 740 ŁAPANÓW**

REGON nr 120401200 NIP nr 8681590945

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2026 poz. 1/ zgodnie z art. 32c pkt.2

- Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na : Badaniach stomatologicznych wewnątrzustnych oraz zewnątrzustnych

- uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:
- W Gabinecie RTG znajdują się aparaty:

Dane aparatu RTG

| | |
|---|---|
| a) Model aparatu rtg | CS 8100 3D |
| b) Numer fabryczny aparatu rtg | FGID180 |
| c) model lampy RTG: | Toshiba D-067 |
| d) Numer fabryczny lampy RTG | 3458 |
| e) Nazwa wytwórcy (producent aparatu rtg) | Carestream Health Inc. |

Dane aparatu RTG

| | |
|---|---|
| a) Model aparatu rtg | CS 2200 |
| b) Numer fabryczny aparatu rtg | GLVX164 |
| c) model lampy RTG: | TRX 708 |
| d) Numer fabryczny lampy RTG | 1180787 |
| e) Nazwa wytwórcy (producent aparatu rtg) | Carestream Health Inc. |

Dane aparatu RTG

| | |
|---|---|
| a) Model aparatu rtg | CS 2200 |
| b) Numer fabryczny aparatu rtg | GLVX130 |
| c) model lampy RTG: | TRX 708 |
| d) Numer fabryczny lampy RTG | 1180176 |
| e) Nazwa wytwórcy (producent aparatu rtg) | Carestream Health Inc. |

Dane aparatu RTG

| | |
|---|---|
| a) Model aparatu rtg | Kodak 2200 |
| b) Numer fabryczny aparatu rtg | WCYA571 |
| c) model lampy RTG: | TRX 708 |
| d) Numer fabryczny lampy RTG | 0808124 |
| e) Nazwa wytwórcy (producent aparatu rtg) | Carestream Health Inc. |

Zezwolenie na stosowanie wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w dniu 15.01.2020. decyzja 2/5/2020. pismo NP.9026.1.164.2019.

Zezwolenie na pracownię RTG wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w dniu 15.01.2020.. decyzja 1/5/2020. pismo NP.9026.1.164.2019.

Zgoda na procedury radiologiczne wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w dniu 23.12.2024. decyzja 3/101/2024.

- Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
  Dawkomierza indywidualnego - w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna nie została przekroczona

- Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych
  Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych, których wyniki dostępne są w protokole z Pomiarów Osłon Stałych w danej Pracowni RTG. Wyniki tych pomiarów mieszczą się w normie.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
- pracownicy: 20mSv/rok;
- ogół ludności : 1mSv/rok.

**Wniosek:**

- Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
- Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.