

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА
ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Назва предмета закупівлі	ДК 021:2015 – 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування)
Обґрунтування технічних та якісних характеристик	<p>З метою забезпечення потреби Сумської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Послуги з калібрування засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання надаються акредитованими Національним агентством з акредитації України (НААУ) на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» калібрувальними лабораторіями відповідно до чинної нормативної документації у сфері метрології та діючих документів на методики калібрування.2. Учасник повинен надати копію дійсного атестату про акредитацію (з додатком) на надання послуг з калібрування3. За результатами надання послуг з калібрування видається свідоцтво про калібрування.4. Послуги з калібрування надаються за місцезнаходженням засобу вимірювальної техніки чи випробувального обладнання замовника або за місцезнаходженням калібрувальної лабораторії.5. Строк надання послуг з калібрування становить до 15 робочих днів з моменту надання ЗВТ і повного комплексу необхідної технічної документації на обладнання.6. Витрати, пов'язані з проїздом виконавця до замовника та назад для виконання метрологічних робіт і послуг, вартість стандартних зразків та інші витрати пов'язані з наданням послуг мають бути включені в вартість послуг.7. У випадку надання послуг на базі виконавця: виконавець самостійно доставляє партії ЗВТ та повертає замовнику.

Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі, розміру бюджетного призначення	Очікувана вартість визначена виходячи із кількості обладнання та з розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік на послуги повірки, калібрування.
--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------