

Типичные нарушения, выявленные в ходе государственного метрологического надзора

1. Эксплуатация в сфере законодательной метрологии средств измерений без прохождения государственной поверки (государственной поверки или калибровки в аккредитованных лабораториях), в том числе не прошедших утверждение типа; применение средств измерения без идентификационных признаков; нарушение правил эксплуатации средств измерений.

2. Нарушение требований, предъявляемых к фасованным товарам (п. 4.12 ст. 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; СТБ 8019-2002 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь.

Товары фасованные. Общие требования к количеству товара»):

а) по массе нетто: наличие в партии бракованных упаковочных единиц с превышением двойного предела допускаемых отрицательных отклонений; по заниженному среднему содержанию партии (фактическое среднее значение содержания упаковочных единиц партии меньше номинального количества товара, указанного на упаковке);

б) по маркировке: использовался шрифт высотой менее 2 мм при указании терминов, используемых для указания номинального количества товара, а также наименование или обозначение единиц измерений;

3. Нарушение методик (методов) измерений при проведении испытаний:

а) несоблюдение условий проведения измерений (испытаний);

б) необеспеченность средствами измерений (испытаний), установленными требованиями ТНПА для проведения измерений (испытаний);

в) эксплуатация средств измерений, метрологические характеристики которых, не соответствуют требованиям, указанным в методиках (методах) измерений;

г) необеспеченность реактивами, установленными требованиями ТНПА при проведении испытаний, применение реактивов с истекшим сроком годности;

д) применение испытательного оборудования, аттестованного (калиброванного) не на все требуемые режимы, указанные в методиках (методах) измерений.