

**ОБГРУНТУВАННЯ** технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі «Аудіометр для немовлят» відповідно Код НК 024:2019: 34013 Аудіометр з візуальним рядом (ДК 021:201533121400-8 Аудіометри) UA-2023-05-12-011822-а на очікувану вартість - 313 500,00 грн.

**Підстава для публікації обґрунтування:** постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

**Мета проведення закупівлі:** для забезпечення потреб КНП «Бершадська ОЛЛЛ Бершадської міської ради у 2023 році.

**Оголошення про проведення відкритих торгів**

1. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство "Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування Бершадської міської ради".
2. Місце знаходження: 24400, Україна, Вінницька область, м. Бершадь, вул. Будкевича, буд. 2.
3. Код ЄДРПОУ: 01982494
4. Категорія: відповідно до п.1 ч.4 ст.2 Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі» в редакції від 19.04.2020 р.
5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: «Аудіометр для немовлят» відповідно Код НК 024:2019: 34013 Аудіометр з візуальним рядом (ДК 021:201533121400-8 Аудіометри)».
6. Дата оголошення: 12.05.2023.
7. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.
8. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-05-12-011822-а.
9. Строк надання послуг: З дати укладання договору до 31.12.2023 року включно.
10. Очікувана вартість предмета закупівлі: **313 500,00 грн.** (з ПДВ).

# 11.МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

## ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

по закупівлі «Аудіометру для немовлят» відповідно Код НК 024:2019: 34013 Аудіометр з візуальним рядом (ДК 021:201533121400-8Аудіометри)

### Специфікація товару

	Найменування товару згідно НК	Комерційне (торговельне) найменування, модель товару	Найменування виробника, місце (країна) походження товару	Гарантійний строк, місяців	Одиниця виміру	Кількість	Строк (термін) поставки
1.	Аудіометр для немовлят Код НК 024:2019: 34013 Аудіометр з візуальним рядом(ДК 021:2015 33121400-8 Аудіометри)	Аудіометр для об'єктивного дослідження слуху ERO SCAN	MAICO Diagnostics GmbH, Німеччина	12	шт.	1	До 30.06.2023 року

Технічні характеристики		Відповідність Так/Ні (з посиланням на сторінку(и) технічної документації)
1. Тип приладу	Портативний прилад з живленням від акумуляторів або батареї	
2. Загальні функції	Метод обстеження слуху: викликана отоакустична емісія продуктів спотворень (DPOAE)	
	Характеристики приладу для отоакустичної емісії продуктів спотворень (DPOAE):	
	Діапазон рівнів стимулюючих сигналів - від 40 дБ до 70 дБ рівня звукового тиску;	
	Діапазон частот стимулюючих сигналів, не менше - від 2,0 кГц до 5,0 кГц	
	Рівень шумів мікрофону акустичного зонду: не більше мінус 20 дБ рівня звукового тиску на частоті 2 кГц (ширина смуги 1 Гц) не більше мінус 13 дБ рівня звукового тиску на частоті 1 кГц (ширина смуги 1 Гц)	
	Кількість тестів, які можуть бути виконані на одній зарядці вбудованого акумулятора приладу - не менше 200	
	Кількість годин роботи приладу на одній зарядці акумулятора - не менше 12 годин	
Наявність зовнішнього бездротового принтера з живленням від акумуляторів або батареї для прямого друку результатів вимірювань		
3. Маса приладу	Маса приладу разом із зондом - не більше 250 г	

4. Загальні вимоги:	Наявність копії сертифікату відповідності, що підтверджує можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) аудіометра за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту) (надати в складі пропозиції)	
	Інструкція українською мовою (надати в складі пропозиції)	
	Гарантійний термін експлуатації (надати гарантійний лист від учасника) Не менше ніж 12 місяців.	
	Рік виготовлення не раніше 2022 року	
	Лист від виробника (представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), в якому вказано номер оголошення та найменування замовника, і яким підтверджується можливість поставки цьому замовнику товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості, якості та в необхідні терміни.	

**\* - Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).**