

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (ИЦиГ СО РАН) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» руководствуясь Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта (цены контракта заключаемого с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом от 02.10.2013г. №567 просит предоставить коммерческое предложение с указанием сроков поставки и страны происхождения для проведения процедуры закупки поставка медицинских изделий для нужд НИИКЭЛ – филиала ИЦиГ СО РАН в 2023 году.

Требования к отгрузке и поставке:

Место (адрес) поставки – г. 630117, г.Новосибирск, ул. Арбузова, 6 НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН

Существенные условия поставки:

1. Цена указывается в рублях Российской Федерации.
2. В цену должны входить стоимость товара, упаковки, маркировки, погрузки, доставки и разгрузки, а также таможенные пошлины (если товар поставляется из-за границы), налоги, сборы и другие сопутствующие расходы, в том числе оплату услуг сторонних организаций.
3. Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере 10% от начальной (максимальной) цены договора.
4. Поставка товаров осуществляется в течение **14 (четырнадцать) календарных дней** с момента направления заявки Заказчиком.

Предполагаемый срок проведения процедуры закупки – **февраль-март 2023 года.**

Данный запрос коммерческого предложения не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должна однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг. При расчете НМЦК предпочтение будет отдано коммерческим предложениям, содержащим расчёт цены.

При предложении товара, не совпадающего с запрашиваемым по техническим характеристикам выделить характеристики цветом.

Дата формирования запроса **21.02.2023г.**

Информацию направлять по электронной почте: zakupki@niikel.ru, до **03.03.2023г.**

Описание объекта закупки

При указание цен на медицинские изделия просим учитывать положения приказа Минздрава России № 450Н от 15.05.2020 в части указания ставки НДС.

№ п/п	КТРУ	Наименование товара	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара					Единица измерения по ОКЕИ	Количество товара
			№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения показателя	Значения показателей	Обоснование необходимости использования иной и дополнительной информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145.		
1	32.50.13.190-00007632	Лезвие артроскопической шейверной системы, одноразового использования	1.1	Описание		Стерильное ротационное режущее устройство с электропитанием, предназначенное для использования с рукояткой артроскопической шейверной системы для резекции мягких и твердых тканей в ходе артроскопической операции на суставе, например, коленном, плечевом или голеностопном. Оно закрепляется в рукоятке и, как правило, состоит из небольшой внешней трубки с гнездовым разъемом и вращающейся внутренней трубки с коннектором. Внутренняя и внешняя трубки обычно изготовлены из высококачественной нержавеющей стали; разъем и коннектор могут быть сделаны из нержавеющей стали или полимера (например, полифенилсульфона). Это изделие одноразового использования		штука	5
			1.2	Совместимость		рукоятка Tornado Micro системы FMS VUE, имеющаяся у Заказчика			
			1.3	Форма		внутренний стержень и внешняя трубка с одетым на нее маркировочным окрашенным кольцом, указывающим на тип шейвера.			

						Внешняя трубка устанавливается в крепежной части, тело крепежной части окрашено			
			1.4	Тип шейвера		ультраагрессивный			
			1.5	Размеры	Миллиметр/сантиметр	Диаметр в диапазоне от 4.2 до 5.2. Длина не более 13			
2	32.50.13.190-00007632	Лезвие артроскопической шейверной системы, одноразового использования	2.1	Описание		Стерильное ротационное режущее устройство с электропитанием, предназначенное для использования с рукояткой артроскопической шейверной системы для резекции мягких и твердых тканей в ходе артроскопической операции на суставе, например, коленном, плечевом или голеностопном. Оно закрепляется в рукоятке и, как правило, состоит из небольшой внешней трубки с гнездовым разъемом и вращающейся внутренней трубки с коннектором. Внутренняя и внешняя трубки обычно изготовлены из высококачественной нержавеющей стали; разъем и коннектор могут быть сделаны из нержавеющей стали или полимера (например, полифенилсульфона). Это изделие одноразового использования		штука	5
			2.2	Совместимость		рукоятка Tornado Micro системы FMS VUE, имеющаяся у Заказчика			
			2.3	Форма		внутренний стержень и внешняя трубка с одетым на нее маркировочным окрашенным кольцом, указывающим на тип шейвера. Внешняя трубка устанавливается в крепежной части, тело крепежной части окрашено			
			2.4	Тип шейвера		агрессивный			
			2.5	Размеры	Миллиметр/сантиметр	Диаметр не более 4.0. Длина не более 13.			

3	32.50.13.190-000076 32	Лезвие артроскопической шейверной системы, одноразового использования	3.1	Описание		Стерильное ротационное режущее устройство с электропитанием, предназначенное для использования с рукояткой артроскопической шейверной системы для резекции мягких и твердых тканей в ходе артроскопической операции на суставе, например, коленном, плечевом или голеностопном. Оно закрепляется в рукоятке и, как правило, состоит из небольшой внешней трубки с гнездовым разъемом и вращающейся внутренней трубки с коннектором. Внутренняя и внешняя трубки обычно изготовлены из высококачественной нержавеющей стали; разъем и коннектор могут быть сделаны из нержавеющей стали или полимера (например, полифенилсульфона). Это изделие одноразового использования	штука	5
			3.2	Совместимость		рукоятка Tornado Micro системы FMS VUE, имеющаяся у Заказчика		
			3.3	Форма		внутренний стержень и внешняя трубка с одетым на нее маркировочным окрашенным кольцом, указывающим на тип шейвера. Внешняя трубка устанавливается в крепежной части, тело крепежной части окрашено		
			3.4	Тип шейвера		ультраагрессивный		
			3.5	Размеры	Миллиметр/сантиметр	Диаметр не более 5.0. Длина не более 13.		
4	32.50.13.190-000076 32	Лезвие артроскопической шейверной системы, одноразового использования	4.1	Описание		Стерильное ротационное режущее устройство с электропитанием, предназначенное для использования с рукояткой артроскопической шейверной системы для резекции мягких и твердых тканей в ходе артроскопической операции на суставе, например, коленном, плечевом или голеностопном. Оно закрепляется в	штука	5

					рукоятке и, как правило, состоит из небольшой внешней трубки с гнездовым разъемом и вращающейся внутренней трубки с коннектором. Внутренняя и внешняя трубки обычно изготовлены из высококачественной нержавеющей стали; разъем и коннектор могут быть сделаны из нержавеющей стали или полимера (например, полифенилсульфона). Это изделие одноразового использования			
			4.2	Совместимость		рукоятка Tornado Micro системы FMS VUE, имеющаяся у Заказчика		
			4.3	Форма		внутренний стержень с головкой-лезвием и внешняя трубка с одетым на нее маркировочным окрашенным кольцом, указывающим на тип шейвера. Внешняя трубка устанавливается в крепежной части, тело крепежной части окрашено		
			4.4	Тип шейвера		цилиндрический		
			4.5	Размеры	Миллиметр/ сантиметр	Диаметр не более 4.0. Длина не более 13.		