

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đang có nhu cầu mua sắm cho hoạt động thường xuyên của các khoa/phòng. Cụ thể:

| <i>STT</i> | <i>Tên hàng hóa /dịch vụ</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Đơn vị tính</i> | <i>Yêu cầu kỹ thuật/ Quy cách đóng gói</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Số lượng</i> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 01         | <p><b>Máy điện tim 03 cần:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phân loại B</li> <li>- Chuyển đổi nguồn (AC adaptor) : 1 bộ</li> <li>- Dây điện tim: 01 bộ</li> <li>- Điện cực hút ở ngực: 06 cái</li> <li>- Điện cực kẹp chi: 04 cái</li> <li>- Giấy ghi theo máy: 01 cuộn</li> <li>- Bút lau đầu máy ghi nhiệt: 01 cây</li> <li>- Pin sạc: 01 cục</li> </ul> | Cái (máy)          | <p><b>Cấu hình:</b></p> <p>❖ <u>Thu tín hiệu điện tim:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điện trở vào: <math>\geq 50M\Omega</math> (tại 0.67 Hz)</li> <li>- Điện cực offset: <math>\pm 550</math> mV</li> <li>- Tỷ số triệt nhiễu đồng pha (CMRR ): <math>\geq 105</math>dB (tại 10V)</li> <li>- Dòng mạch vào: <math>\leq 0.05\mu A</math></li> <li>- Chuẩn độ điện thế: 10mm/mV, không hơn <math>\pm 2\%</math></li> <li>- Nhiễu trong: <math>\leq 20\mu V_{p-p}</math></li> <li>- Kênh tham chiếu: <math>\leq -40</math>dB</li> </ul> <p>❖ <u>Xử lý tín hiệu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ lọc nhiễu điện cơ: 25/35 Hz.</li> <li>- Bộ lọc thông cao có 03 bước: 75, 100, 150 Hz (<math>\geq 3</math>dB)</li> <li>- Bộ lọc nhiễu điện lưới AC: 50/60 Hz.</li> </ul> <p>❖ <u>Màn hình hiển thị:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: <math>\geq 5</math> inch</li> <li>- Loại màn hình: màu LCD TFT (hoặc tương đương)</li> </ul> | 01              |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hiện thị thông số: sóng điện tim, thông tin bệnh nhân, cài đặt chế độ ghi, chế độ hoạt động, nhịp tim, phức hợp QRS, thông báo lỗi, trạng thái tiếp xúc điện cực, nhiều.</li> </ul> <p>❖ <u>Máy ghi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông số in: sóng điện tim, nhịp tim, phiên bản phần mềm, ngày và giờ, tốc độ giấy, độ nhạy, tên đạo trình, bộ lọc, thông tin bệnh nhân (số thứ tự ID, giới tính, tuổi), đánh dấu sự kiện, tiếp xúc điện cực, nhiều.</li> <li>- Nhiều cơ khí: <math>\leq 48\text{dB}</math> ở tốc độ 25mm/s</li> </ul> |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

*Các đơn vị quan tâm xin vui lòng báo giá và gửi về Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (Địa chỉ: Số 315, Nguyễn Văn Linh, An Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ).*

*Ghi chú: Báo giá phải có nơi nhận báo giá (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ); có ngày, tháng, năm báo giá; có hiệu lực của báo giá; giá báo giá đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, bảo hành, ...*

***Thời gian nhận báo giá: Đến hết ngày 14/10/2024***