

Технічна Специфікація

1. Загальні відомості.

1.1. Замовником є БО «БФ «НАГД «ЗДОРОВІ».

1.2. Призначення: для реалізації цілей та завдань в рамках проекту, що реалізується за підтримки GlobalGiving.

2. Технічні характеристики предметів закупівлі

Назва товару	Характеристики	Опис запропонованого товару
Манекен Laerdal Little Anne QCPR		
Дефібрилятор учбовий зовнішній автоматичний PRESTAN UltraTrainer AED		
Laerdal Resusci Anne Youth Child Full Body Manikin		

Тренажер для докісткового доступу		
Пазл-мат для тренувань (кольорові дитячі)		
Портативний УЗД датчик для ROSUS + планшет	<p>Датчик - портативний міні-ехограф універсальний типу «3 в 1»*, що працює через WIFI та через USB з смартфоном, планшетом та комп'ютером (ноутбуком та стаціонарним).</p> <p>Сумісний з операційними системами Apple iOS, AndroYde, Windows.</p> <p>Програмне забезпечення безкоштовне, в необмеженій кількості ліцензій та з постійним автоматичним поновленням. Безперервне сканування без підзарядки - не менше 4 годин.</p> <p>Наявність не менше 2х літієвих батарей. Три типи сканування: лінійне, конвексне та секторне (для кардіології). Кількість елементів - не менше 192. Три типи сканування: лінійне, конвексне та секторне (для кардіології). Кількість елементів - не менше 192. Глибина низькочастотного сканування: не менше 30см. Глибина високочастотного сканування: не менше 10см. Ширина лінійної сканівної поверхні - не більше 30мм. Радіус конвексної сканівної поверхні - R45. Режими візуалізації: двовимірний (B), ТМ, Допплер імпульсно-хвильовий (PW), кольоровий</p>	

	<p>(Color), енергетичний (PDI).Режими візуалізації: двовимірний (B), ТМ, Допплер імпульсно-хвильовий (PW), кольоровий (Color), енергетичний (PDI).Документ, що підтверджує наявність сервісного центру виробника або сертифікованого виробником сервісного центру на території України для забезпечення гарантійного та післягарантійного ремонту/обслуговування. Планшет:версія ОС: від 10 об'єм ОЗУ: від 4 ГБ підтримка Wi-Fi мережі 5 Гц</p>	
--	---	--

Підпис _____

Печатка _____