

ОБГРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі: Автоматичний зовнішній дефібрилятор (Код ДК 021:2015 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму, НК 024:2023 - 48046 Дефібрилятор зовнішній автоматичний для використання не підготовленими особами, що живиться від акумуляторної батареї, НК 031:2024 Z12030503 — атоматичні дефібрилятори)
UA-2025-12-05-010853-а на очікувану вартість - 82 200,00 грн.

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

Мета проведення закупівлі: для забезпечення ефективної роботи КНП «Бершадська ОЛПЛ Бершадської міської ради» у 2025 році.

Оголошення про проведення відкритих торгів

1. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство "Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування Бершадської міської ради".
2. Місце знаходження: 24400, Україна, Вінницька область, м. Бершадь, вул. Будкевича, буд. 2.
3. Код ЄДРПОУ: 01982494
4. Категорія: відповідно до п.1 ч.4 ст.2 Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі» в редакції від 19.04.2020 р.
5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: **33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму.**
6. Дата оголошення: 26.11.2025 р.
7. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.
8. Ідентифікатор закупівлі: **UA-2025-12-05-010853-а.**
9. Строк надання послуг (поставки товару): 3 дати укладання договору до 31.12.2025 року включно.
10. Очікувана вартість предмета закупівлі: **82 200,00 грн. (з ПДВ).**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:**

Автоматичний зовнішній дефібрилятор

(Код ДК 021:2015 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму, НК 024:2023 - 48046 Дефібрилятор зовнішній автоматичний для використання непідготовленими особами, що живиться від акумуляторної батареї, НК 031:2024 Z12030503 — атоматичні дефібрилятори)

Загальні вимоги

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації, або сертифікату, або лист МОЗУ або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1. Автоматичний зовнішній дефібрилятор

№	Медико-технічні характеристики	Значення	Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідний(і) розділ(и) та/або сторінку(и) технічного(их) документу(ів) виробника
1	Загальні характеристики		
1.1	Призначення	Для застосування у дорослих та дітей у разі раптової зупинки серця	
1.2	Обладнання має використовуватися у медичних закладах громадських місцях та установах особами, що пройшли підготовку щодо його застосування	Відповідність	
1.3	Режим дефібриляції	Повністю автоматичний	
1.4	Голосові вказівки, що супроводжують всю процедуру дефібриляції	Наявність	
1.5	Відомості про СЛР у реальному часі	Наявність	
1.6	Індикатор стану	Наявність	
1.7	Електроди можуть використовуватись як для дорослих так і для дітей	Наявність	
1.8	Перемикач режимів	Дорослі, діти	
2	Технічні характеристики		
2.1	Ступінь захисту від потрапляння твердих шкідливих речовин, не гірше	IP5X	
2.2	Ступінь захисту від шкідливого потрапляння води, не гірше	IPX5	
2.3	Вага (включаючи одну батарею)	2,0 ± 0,3 кг	
2.4	Батарея	Одноразова батарея	
2.5	Ємність батареї, не менше	4200 мА*год	
2.6	Тривалість роботи	≥15 годин	
3	Зберігання даних		
3.1	Аналіз ЕКГ, не менше	500 подій	
3.2	Запис голосів	До 1 год (4 записи по 15 хвилин кожний)	
3.3	Передача даних на ПК за технологією BLUETOOTH	наявність	
3.4	Результати самоперевірки	до 3000 записів	
4	Дефібрилятор		
4.1	Графік кривої дефібриляції	Двофазна усічена експоненціальна (ВТЕ) крива, автокомпенсація	

		відповідно до імпедансу (супротиву) пацієнта	
4.2	Діапазон енергії для вибору, не гірше	Для дорослих: 150 Дж Для дітей: 50 Дж	
4.3	Діапазон імпедансу пацієнта, не вужче вказаного діапазону	Від 25 Ом до 175 Ом	
4.4	Час набору заряду	не більше 9 с	
5	Комплектація		
5.1	Захисна сумка для транспортування	Наявність	