ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИННОВАЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
С ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

ФОРМУЛЯР

Термометр ртутный

(наименование и индекс изделия)

(Место хранения: : 400087 г. Волгоград, ул.Новороссийская д.39.
Помещение №6-12)

Разработал:	Смирнова Л.А.
Утвердил:	Бугаева Л.И.
Введен с:	5.07.2021
Отменен с:	

1. Общие указания

Формуляр должен постоянно находится с изделием.

При записи в формуляре в бумажной форме не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.

При выполнении формуляра в бумажной форме неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая. При выполнении формуляра в электронной форме неправильная запись должна быть помечена, а вместо нее выполнена новая. Новые записи должны быть заверены ответственным лицом.

После подписи проставляют фамилию, и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

При передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

2.Основные сведения об изделии

Термометр ртутный
Производитель Россия, ГОСТ 2823-59
Заводской номер: 00232
Год выпуска 1971, срок службы не менее 10 лет,
Условия транспортировки и хранения – от -35ºС до +42ºС
Термометр на основании поверки признан пригодным к эксплуатации.

3. Основные технические данные

Наименование параметра	*Значение*
Диапазон измерения,ºС	от – 2 до +100
Цена деления шкалы,ºС	2,0
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, ºС	±0,5
Время измерения, мин.	не менее 3

4. Индивидуальные особенности изделия

Термометр ртутный - прибор для измерения температуры представляет собой стеклянную колбу с зауженной нижней (погружаемой) частью и вложенной внутрь шкальной пластиной молочного цвета. Материал изделия (корпус): высокопрочное стекло в соответствии с ГОСТ 1224 «Стекло термометрическое» Материал изделия (рабочая жидкость) жидкая ртуть.

5. Комплектность

Перечень комплекта	Количество
Термометр ртутный	1
Футляр, шт.	1

Средний срок службы: не менее 10 лет.

6. Техническое обслуживание

Не требуется.

Журнал сервисного технического обслуживания оборудования

№	Содержание	Дата проведения	Исполнитель	Акт
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Журнал калибровки

Наименование оборудования	*Заводской номер*	*Дата изготовления*	*Периодичность калибровки*	*Калибровка*		
				Дата	*№ сертификата о калибровке*	*Срок очередной калибровки*
Термометр ртутный	00232	1971	1 раз в год	19.03.2021	031904	18.03.2022
Термометр ртутный	00232	1971	1 раз в год	18.03.2022	031830	17.03.2023
Термометр ртутный	00232	1971	1 раз в год	16.03.2023	С-АЕЯ/16-03-2023/234716643	15.03.2024
Термометр ртутный	00232	1971	1 раз в год	15.03.2024	С-БИ/15-03-2024/324508928	14.03.2025