Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі

ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні (Смужки індикаторні Ацетонтест №50 (НК 024:2015: 54519 - Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз), Смужки індикаторні Глюкотест №100 (НК 024:2015: 54518 - Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз), Тест-смужки для визначення глюкози в крові CareSens N №50 (НК 024:2015: 58168 - Система контролю рівня глюкози в крові), Кислота азотна (НК 024:2015: 31346 - Азотний / нітрозонафтоловий кислотний комплект), Азур-еозин по Романовськиму (1л) (НК 024:2015: 44946 - Фарбування за Романовським IVD, набір), Фарбник-фіксатор еозин метиленовий синій по Май-Грюнвальду (1л) (НК 024:2015: 42959 - Барвник Май-Грюнвальда, IVD), Метиленовий синій водорозчинний (НК 024:2015: 45351 - Метиленовий синій розчин IVD), Бромтимоловий синій спирторозчинний (НК 024:2015: 43561 - Розчин бромтимоловий синій, IVD), Набір реагентів Глюкоза-Ф (REF HP009.02) (НК 024:2015: 30167 - Набір реагентів для вимірювання глюкози), Набір реагентів для визначення Холінестераза-КІН (REF HP027.02) (НК 024:2015: 52964 - Ацетилхолінестераза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз), Тромбопластин 1.0 г №1 (НК 024:2015: 55988 - Тромбіновий час IVD,реагент), Набір реактивів калібраторів гемоглобіну (Біоконт-ГК) (REF HP008.04) (НК 024:2015: 41400 - Контроль гемоглобіну), Набір реактивів "АСЛ-О- латекс" (REF ЛА033.01) (НК 024:2015: 63271 — Бета-гемолітична числена група стрептокок стрептоліцін О антитіла ІВД, набір, аглютинація), Набір реактивів РФ-латекс (REF ЛА033.03) (НК 024:2015: 55112 - Ревматоїдний фактор IVD, набір, реакція аглютинації), Набір реактивів СРБ-латекс (REF ЛА033.02) (НК 024:2015: 63234 - С-реактивний білок (CRP) ІВД, набір, аглютинація, експрес-аналіз), Азопірамова проба-600/6 каталожний номер МБ 01.3-07 (НК 024:2015: 54551-Скринінг біологічних рідин на приховану кров IVD, реагент), Гемоглобін 2000 мл (REF HP008.04) (НК 024:2015: 55872 - Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз), Сульфосаліцилова кислота, чда (НК 024:2015: 33354 - Добавка для культурного середовища), Натрій лимонокислий 3-х зам. фарм (НК 024:2015: 33354 - Добавка для культурного серидовища), Трилон-Б (НК 024:2015: 42735 - Реагент для проведення мікробіологічного тесту на розчинення в жовчі, IVD) (ДК 021:2015: 33696500-0 -Лабораторні реактиви))

Номер закупівлі: UA-2021-09-03-004677-b

Процедура закупівлі: Відкриті торги

Інформація про закупівлю:
Очікувана вартість закупівлі: 50 000,00 грн. з ПДВ
Кількість: 20 найменувань
Обгрунтування доцільності закупівлі: У зв'язку з необхідністю забезпечення роботи лабораторії.
Обгрунтування обсягів закупівлі: Виникла потреба у придбанні реактивів, для покращення надання медичної допомоги хворим.

№ з/п	Найменування товару/ Код згідно класифікатора НК 024:2019	Медико-технічні вимоги	Од. виміру	Кількість
1	Смужки індикаторні Ацетонтест №50	Тест-смужки для визначення вмісту кетонових тіл в сечі.	пак	25

	54519 - Кетони сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз	Діапазон: 0-15 ммоль / л. Час визначення: 3 хвилини. Упаковка: 50 смужок.		
2	Смужки індикаторні Глюкотест №100 54518 - Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз	Тест-смужки для визначення вмісту глюкози в сечі. Діапазон: 0.1 - 2.0%. Час визначення: 2 хвилини. Упаковка: 100 смужок.	пак	25
3	Тест-смужки для визначення глюкози в крові CareSens N №50 58168 - Система контролю рівня глюкози в крові	Тест-смужки одноразового використання, призначені для кількісного визначення рівня глюкози у свіжій капілярній крові. Використовуються лише з глюкометром Care Sens-N. Упаковка: 50 смужок.	пак	2
4	Кислота азотна 31346 - Азотний / нітрозонафтоловий кислотний комплект	Склад: - масова частка основної речовини ≥ 56%; - кваліфікація: не гірше хч, чда; Фасуванн по 1,4 кг	пляш	1
5	Азур-еозин по Романовськиму (1л) 44946 - Фарбування за Романовським IVD, набір	Призначений для фарбування формених елементів крові. Розчин в'язкий темно – синього кольору, без нерозчинних домішок, 1000 мл	пляш	8
6	Фарбник-фіксатор еозин метиленовий синій по Май-Грюнвальду (1л) 42959 - Барвник Май-Грюнвальда, IVD	Призначений для попереднього забарвлення і фіксації форменних елементів крові. Темно-синя рухлива рідина. Об'єм по 1000 мл.	пляш	8
7	Метиленовий синій водорозчинний 45351 - Метиленовий синій розчин IVD	Індикатор. Фарбування мазків	кг	0,100
8	Бромтимоловий синій спирторозчинний 43561 - Розчин бромтимоловий синій, IVD	Індикатор	кг	0,030
9	Набір реагентів Глюкоза-Ф (REF HP009.02)	Набір застосовують для визначення концентрації глюкози у цільній крові (плазмі), сироватці крові, сечі та спинномозковій рідині (СМР) людини . Набір розрахований на 50 макро-, 100 напівмікро- чи 200 мікровизначень.	набір	6

	30167 - Набір реагентів для вимірювання глюкози	Діапазон визначаємих концентрацій - від 0,056 ммоль/л до 25 ммоль/л або від 10 мг/л до 4500 мг/л. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 5 %. Чутливість 5 на 0,001 од. оптичної щільності – не більше 0,02 ммоль/л (510 нм). <u>СКЛАД НАБОРУ:</u> 1. Ензими (розчин) - 1 флакон з (100 ± 2) мл або 2 флакони по (50 ± 2) мл; - пероксидаза (2200 ± 220) U/л; - b,D-глюкозооксидаза (18000 ± 1800) U/л; - 4-амінофеназон (110 ± 11) мг/л; - стабілізатори, активатори. 2. Буферний розчин - 1 флакон з (100 ± 2) мл або 2 флакони по (50 ± 2) мл; - фосфатний буфер (pH 7,2 - 7,4) (0,10 ± 0,01) моль/л, - фенол (190 ± 19) мг/л; - стабілізатори. 3. Антикоагулянт - 1 флакон або пакет; 4. Калібрувальний розчин глюкози ((10,0 ± 0,5) ммоль/л - 1 ампула з (5,0 ± 0,5) мл або (1802 ± 90) мг/л). Зберігання набору - при температурі від плюс 2 °С до плюс 16 °С. Гарантійний термін придатності набору - 24 місяця від дня виготовлення. Набір призначений для застосування in vitro.		
10	Набір реагентів для визначення Холінестераза-КІН (REF HP027.02) 52964 - Ацетилхолінестераза IVD, набір, ферментний спектрофотометричний аналіз	Набір призначений для кількісного визначення активності холінестерази кінетичним методом у сироватці крові. Набір розрахований на 10 макро-, 20 напівмікро- або 40 мікровизначень активності Холінестерази. Діапазон визначаємих активностей - від 50 МОд/л до 20000 МОд/л. Коефіцієнт варіації в серії – не більше 5 %. Чутливість 8 на 0,001 од. оптичної щільності – не більше 50 МОд/л (405 нм). <u>СКЛАД НАБОРУ:</u>	набір	2

		1. Буферно-індикаторний розчин - 1 флакон з (40 ± 2) мл; 2. Розчин бутирилтіохоліну - 1 флакон з (10,0 ± 0,5) мл; Зберігання набору - при температурі від плюс 2 °С до плюс 8 °С. Гарантійний термін придатності набору - 12 місяців від дня виготовлення. Набір призначений для застосування in vitro.		
11	Тромбопластин 1.0 г №1 55988 - Тромбіновий час IVD,реагент	Призначений для визначення протромбінового часу (ПТВ) і обчислення протромбінового індексу - показника оцінки зовнішнього шляху згортання крові. Активність тромбопластину по Квіку 15 с. Кількість реагенту: 1 грам Кількість визначень: 1000	фл	30
12	Набір реактивів калібраторів гемоглобіну (Біоконт-ГК) (REF HP008.04) 41400 - Контроль гемоглобіну	Набір призначений для калібрування і контролю якості визначення гемоглобіну у крові. іапазон калібрувальних концентрацій - від 40 г/л до 260 г/л. Коефіцієнт варіації калібрувальних концентрацій - не більше 2 %. <u>СКЛАД НАБОРУ:</u> 1. Калібратор гемоглобіну-ГН - 1 флакон з (1,5 ± 0,1) мл; (з низькою концентрацією гемоглобіну а г/л); 2. Калібратор гемоглобіну-ГС - 1 флакон з (1,5 ± 0,1) мл; (з середньою концентрацією гемоглобіну б г/л); 3. Калібратор гемоглобіну-ГВ - 1 флакон з (1,5 ± 0,1) мл. (з високою концентрацією гемоглобіну в г/л). Зберігання набору - при температурі від плюс 2 °С до плюс 8 °С. Гарантійний термін придатності набору - 36 місяців від дня виготовлення. Набір призначений для застосування in vitro	набір	2
13	Набір реактивів "АСЛ-О- латекс" (REF ЛА033.01)	Набір призначений для якісного та напівкількісного визначення анти-стрептолізину О (АСЛ-О) у сироватці крові людини. абір розрахований на 200 напівмікро- (вимірюваний об'єм 0,01 мл) або 40 макровизначень (вимірюваний об'єм 0,05 мл) концентрації АСЛ-О .Діапазон	набір	5

	63271 — Бета-гемолітична числена група стрептокок стрептоліцін О антитіла ІВД, набір, аглютинація	визначаємих концентрацій - від 200 МОд/мл до 1500 МОд/мл. СКЛАД НАБОРУ: 1. Латексна суспензія (з нанесеним стрептолізином О) - 1 флакон з (2,00±0,03) мл; 2. Контроль Позитив - 1 мікропробірка з (0,2) мл; (синтетичний контроль з АСЛ-О > 200 МОд/мл) 3. Контроль Негатив - 1 мікропробірка з (0,2) мл; (синтетичний контроль з АСЛ-О < 200 МОд/мл) 4. Розбавлювач - 1 флакон з (15,0±0,5) мл; 5. Випробувальна пластина - 1 шт; 6. Палички для змішування - (110 ±10) шт. Зберігання набору - при температурі від плюс 2 °С до плюс 8 °С. Гарантійний термін придатності набору - 12 місяців від дня виготовлення. Набір призначений для застосування in vitro.		
14	Набір реактивів РФ-латекс (REF ЛА033.03) 55112 - Ревматоїдний фактор IVD, набір, реакція аглютинації	Набір призначений для якісного та напівкількісного визначення ревматоїдного фактору (РФ) у сироватці крові людини. абір розрахований на 200 напівмікро- (вимірюваний об'єм 0,01 мл) або 40 макровизначень (вимірюваний об'єм 0,05 мл) концентрації РФ Діапазон визначаємих концентрацій - від 8 МОд/мл до 800 МОд/мл. СКЛАД НАБОРУ: 1. Латексна суспензія (з нанесеним гама-глобуліном) - 1 флакон з (2,00 ±0,03) мл; 2. Контроль Позитив - 1 мікропробірка з (0,2) мл; (синтетичний контроль з РФ > 25 МОд/мл) 3. Контроль Негатив - 1 мікропробірка з (0,2) мл; (синтетичний контроль з РФ < 8 МОд/мл) 4. Розбавлювач - 1 флакон з (15,0 ± 0,5) мл; 5. Випробувальна пластина - 1 шт; 6. Палички для змішування - (110 ± 10) шт. Зберігання набору - при температурі від плюс 2 °С до плюс 8 °С. Гарантійний термін придатності набору - 12 місяців від дня виготовлення. Набір призначено для застосування in vitro.	набір	5

15	Набір реактивів СРБ-латекс (REF ЛА033.02) 63234 - С-реактивний білок (CRP) ІВД, набір, аглютинація, експрес-аналіз	Набір призначений для якісного та напівкількісного визначення С-реактивного білку (СРБ) у сироватці крові людини. Виробник залишає за собою право вносити зміни без попереднього повідомлення. Дата останньої перевірки 25.08.2020 Набір розрахований на 200 напівмікро- (вимірюваний об'єм 0,01 мл) або 40 макровизначень (вимірюваний об'єм 0,05 мл) концентрації. Діапазон визначаємих концентрацій - від 6 мг/л до 1600 мг/л. <u>СКЛАД НАБОРУ:</u> 1. Латексна суспензія (з нанесеним анти- СРБ) - 1 флакон з (2,0±0,03) мл; 2. Контроль Позитив - 1 мікропробірка з (0,2) мл; (синтетичний контроль з СРБ > 15 мг/л) 3. Контроль Негатив - 1 мікропробірка з (0,2) мл; (синтетичний контроль з СРБ < 6мг/л) 4. Розбавлювач - 1 флакон з (15,0±0,5) мл; 5. Випробувальна пластина - 1 шт; 6. Палички для змішування - (110 ±10) шт. Зберігання набору - при температурі від плюс 2 °С до плюс 8 °С. Гарантійний термін придатності набору - 12 місяців від дня виготовлення. Набір призначено для застосування in vitro.	набір	30
16	Азопірамова проба-600/6 каталожний номер МБ 01.3-07 54551-Скринінг біологічних рідин на приховану кров IVD, реагент	Набір реагентів для проведення азопірамової проби для виявлення залишків прихованої крові на виробах медичного призначення (очищення медичних інструментів перед стерилізацією). <u>СКЛАД НАБОРУ:</u> Амідопірин – 1х30г Анілін солянокислий – 1х450мг Відповідає вимогам ТУ У 21.2-13433137-057:2013	набір	6
17	Гемоглобін 2000 мл (REF HP008.04) 55872 - Загальний гемоглобін IVD, набір, спектрофотометричний аналіз	Набір застосовують для визначення концентрації гемоглобіну у крові людини. Набір розрахований на відповідну кількість визначень гемоглобіну Напівмікро 800 макро 400. Діапазон визначаємих концентрацій - від 30 г/л до 200 г/л. Коефіцієнт варіації визначення - не більше 2 %.	набір	5

		Чутливість 10 на 0,001 од. оптичної щільності – не більше 0,4 г/л (540 нм). СКЛАД НАБОРУ: 1. Окислювальний реагент НР008.01 - 1 флакон з (50 ± 2) мл; 2. Калібрувальний розчин гемiглобінціаніду (відповідає пробі крові з концентрацією гемоглобіну (150 ± 3) г/л) - 1 ампула з (5,0 ± 0,5) мл; 3. Ацетонціангідрин - 1 ампула з (1,5 ± 0,1) мл; Зберігання набору - при температурі від плюс 2 °С до плюс 8 °С. Гарантійний термін придатності набору - 12 місяців від дня виготовлення. Набір призначений для застосування in vitro.		
18	Сульфосаліцилова кислота, чда 33354- Добавка для культурного серидовища	Зовнішній вигляд – білі кристали. Масова частка основної речовини % - 99-104. Вільна кислота % - 5,5. Вологість % - 22. Прозорість – прозорий і безбарвний в 20% водному розчині.	кг	1,5
19	Натрій лимонокислий 3-х зам. фарм 33354 - Добавка для культурного серидовища	Для мікробіологічних досліджень	кг	1,5
20	Трилон-Б 42735 - Реагент для проведення мікробіологічного тесту на розчинення в жовчі, IVD	Етилендиамін тетраоцтової кислоти динатрєва сіль, 2-вод, реактив	кг	1

<u>Обгрунтування якісних характеристик закупівлі</u>: Відповідно до медико-технічних вимог.

*<u>Обгрунтування очікуваної ціни закупівлі</u>**:** Очікувана вартість закупівлі формувалась відповідно середньоринкових показників.*