

ОБГРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі: **Код згідно основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник": 33160000-9 Устаткування для операційних блоків – Ендоскопічне обладнання» UA-2026-02-09-010338-а** на очікувану вартість - **724 000,00 грн.**

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

Мета проведення закупівлі: для забезпечення ефективної роботи КНП «Бершадська ОЛЛІ Бершадської міської ради» у 2026 році.

Оголошення про проведення відкритих торгів

1. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство "Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування Бершадської міської ради".
2. Місце знаходження: 24400, Україна, Вінницька область, м. Бершадь, вул. Будкевича, буд. 2.
3. Код ЄДРПОУ: 01982494
4. Категорія: відповідно до п.1 ч.4 ст.2 Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі» в редакції від 19.04.2020 р.
5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: **Код ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків .**
6. Дата оголошення: 09.02.2026 р.
7. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.
8. Ідентифікатор закупівлі **UA-2026-02-09-010338-а**
9. Строк надання послуг(поставки товару): до 31.12.2025 року включно.
10. Очікувана вартість предмета закупівлі: **724 000,00 грн.** (з ПДВ).

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:
Код згідно основного словника національного
класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник":
33160000-9 Устаткування для операційних блоків – Ендоскопічне обладнання**

НК 024:2023: 36023 - Помпа для ендоскопічного зрошення / аспірації

НК 031:2024 – A030102 Контролери іригації

НК 024:2023: 36023 - Помпа для ендоскопічного зрошення / аспірації

НК 031:2024 – R050103 Аспіратори слизу

НК 024:2023: 36023 - 41617 - Інсуфлятор ендоскопічний для шлунково-кишкового тракту

НК 031:2024 – Z130302 - ВІДСМОКТУВАЧІ ХІРУРГІЧНІ (АСПІРАТОРИ)

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов'язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням таких документів. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати:

а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

б) гарантійний лист від Учасника, що на запропонований ним товар копії документів визначених п.п. (а) п.2 загальних вимог цього Додатку, будуть надані при постачанні товару.

3. Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

4. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

5. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі.

Інсуфлятор вуглекислого газу (комплект)

Вимоги	Відповідність
Призначення: Інсуфляція CO ₂ в шлунково-кишковий тракт з метою його розширення при ендоскопічному обстеженні	
Характеристики інсуфлятора вуглекислого газу : Газ, що використовується - CO ₂	
Тиск подачі газу на вході, не менше 172 кПа	
Наявність регулювання швидкості потоку газу без додаткових трубок, не менш 3 рівнів	
Наявність вбудованого нагрівача газу на рівні 37°C з похибкою не більше 3°C	
Наявність нагрівального елементу флакона з водою для підтримки температури води у флаконі зі стерильною водою на рівні 37°C з похибкою не більше 3°C.	
Наявність індикатора попередження про низький тиск CO ₂ у системі	
Можливість підключення як до балону, так і до магістрального газопостачання	
Комплектація: Інсуфлятор вуглекислого газу	
Інструкція українською або російською мовами	
Кришка для подачі CO ₂ універсальна (з трубкою інсуфляційною) – не менше 5 шт.	
Шланг для підключення балону, довжина не менше 900 мм, підключення по типу DIN або аналог – не менше 1 шт.	

Вимоги до іригаційної помпи (комплект)

Вимоги	Відповідність
Призначення: Іригація шлунково-кишкового тракту теплою водою. Можливість використання з робочими каналами ендоскопів та вбудованими каналами для подачі води.	
Максимальна швидкість подачі води через інструментальний канал 650 мл/хв.	
Максимальна швидкість подачі води через допоміжний канал 300 мл/хв.	
Наявність плавного регулювання швидкості потоку води на панелі управління в межах від 0-100%	
Наявність вбудованого нагрівача ємності з водою на рівні 37°C з похибкою не більше 3°C та можливістю встановлення в нього водного резервуара	

Наявність ножного перемикача для керування приладом	
Комплектація: Іригаційна помпа	
Інструкція українською мовою	
Конектор для водного струменю, одноразового використання – не менше 20 шт.	
Іригаційна трубка – не менше 5 шт.	

Вимоги до аспіратора медичного (комплект)

Вимоги	Відповідність
Пристрій повинен бути призначений для відсмоктування і збору секрету, рідин, що містяться в організмі.	
Рівень шуму не більш ніж 50.0 дБ	
Можливість встановлення градуйованої ємності для збору секрету не менше 1 л.	
Живлення від мережі змінного струму.	
Помпа повинна мати вакуум-роз'єм для прямого стикування з ємністю, де утворюється вакуум, без зайвих шлангів.	
Аспіратор повинен створювати в системі шлангів і ємності вакуум за допомогою маятникового поршня, який забезпечує малOSHUMну роботу та не вимагає спеціального догляду.	
Має бути механічний захист від переповнення, що додатково запобігає ненавмисному всмоктуванню секрету в головку помпи.	
У кришці ємності має бути антибактеріальний фільтр для запобігання від всмоктування секрету в помпу і проникнення бактерій всередину аспіратора.	
Аспіратор повинен мати механічний регулятор рівня вакууму та манометр.	
Максимальний вакуум, що створюється не менше 78 кПа з похибкою не гірше ± 2 кПа	
Продуктивність помпи по повітрю не менше 16 л/хв з похибкою не гірше ± 2 л/хв.	