

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості
предмета закупівлі від 11.08.2025 року Код згідно ДК 021:2015 "33150000-6
Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії
(«Обладнання для терапії»)**

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне
використання державних коштів»)*

Назва замовника, код ЄДРПОУ: УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, 03195808

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-08-11-007649-a

Очікувана вартість предмета закупівлі: 330 000,00 грн.

Очікувана вартість передбачена кошторисом та річним планом закупівель на 2025 рік, ґрунтується на фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, доставки товару за адресами закладів, вантажно-розвантажувальні послуги, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені.

Мета проведення закупівлі:

Кабіна для підвісної терапії - 1 шт:

1. Допомагає пацієнтам з проблемами опорно-рухового апарату, неврологічними захворюваннями та після травм відновити рухливість, силу м'язів, координацію та баланс.
2. За допомогою системи підвісів та блоків, кабіна дозволяє виконувати вправи, які допомагають збільшити амплітуду рухів у суглобах, розслабити м'язи та зменшити больовий синдром.
3. Підвісна терапія дозволяє дозовано навантажувати різні групи м'язів, що сприяє їх зміцненню та відновленню функцій.
4. Вправи в кабіні допомагають пацієнтам розвивати координаційні навички та покращувати баланс, що особливо важливо для людей з неврологічними порушеннями.
5. Кабіна використовується для реабілітації після переломів, розтягнень, вивихів та інших травм, допомагаючи відновити функцію уражених кінцівок.
6. Кабіна ефективна при лікуванні таких захворювань, як остеохондроз, сколіоз, порушення постави, а також при функціональних порушеннях суглобів та хребта.
7. Кабіна допомагає пацієнтам з інсультом, травмами головного та спинного мозку, ДЦП та іншими неврологічними захворюваннями відновити рухові функції.

Кабіна для підвісної терапії є універсальним та ефективним інструментом для відновлення рухових функцій, зміцнення м'язів та покращення координації у пацієнтів з різними захворюваннями та травмами.

Реабілітаційний стіл з електричним регулюванням висоти – 1 шт:

1. Для полегшення процесу реабілітації пацієнтів з різними захворюваннями та травмами, а також для використання у фізіотерапевтичних та масажних кабінетах. Він дозволяє змінювати висоту столу, що забезпечує комфортне положення як для пацієнта, так і для фахівця, який проводить реабілітаційні процедури.
2. Забезпечує плавне та точне регулювання висоти столу за допомогою пульта
3. Завдяки електричному регулюванню, лікар або фізіотерапевт може легко змінювати висоту столу, не перериваючи процедури та не докладаючи значних зусиль.
4. Часто використовуються для пацієнтів після інсульту, з ДЦП, після черепно-мозкових або спінальних травм, а також після хірургічних втручань.

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від 18.02.2020 р. методом порівняння ринкових цін шляхом запитів цінових пропозицій до учасників ринку.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

«Обладнання для терапії»

(Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії)

1. ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблиця 1

№ п/п	Найменування номенклатурних позицій предмета закупівлі	Одиниця виміру	Кількість
1	Кабіна для підвісної терапії	шт.	1
2	Реабілітаційний стіл з електричним регулюванням висоти	шт.	1

Таблиця 2

№	Опис (технічні, якісні характеристики)	Відповідність (так/ні), посилання на відповідні розділи та/або сторінку(и) документів
1	Кабіна для підвісної терапії призначена для проведення кінезітерапії за методом підвісної та блокової терапії, за допомогою якого можна розвантажити і розслабити різні групи м'язів або ефективно навантажити їх	
2	Рама повинна бути виготовлена з міцного металу, а сітка з прута товщиною не менше 6 мм., для забезпечення надійності під час проведення сеансу кінезітерапії	
3	Кабіна повинна мати бокові секції з сітчастої структури для швидкого регулювання (переміщення кріплень) для вправ з горизонтальним навантаженням	
4	Кабіна повинна мати верхні секції з сітчастої структури для швидкого регулювання (переміщення кріплень) для вправ з вертикальним навантаженням	
5	Кабіна повинна бути укомплектована резиновими ніжками, які регулюються по висоті	
6	Кабіна для підвісної терапії повинна включати комплект аксесуарів, який складається з: Мотузка – довжина 1600 мм - 14 шт. Мотузка – довжина 960 мм - 6 шт. Мотузка – довжина 2450 мм - 1 шт. Мотузка – довжина 5720 мм - 1 шт. Мотузка – довжина 3750 мм - 2 шт. Мотузка – довжина 5000 мм - 1 шт.	

	Підвіска для передпліччя і гомілки 100x420мм - 6 шт. Підвіска для стегна і руки 145x540 мм - 6 шт. Підвіска для тазу 230x750 мм - 2 шт. Підвіска для грудної клітини 225x675/340x100 мм - 1 шт. Підвіска для голови 150x530 мм - 1 шт. Підвіска для ніг 75x610 мм - 4 шт. Подвійна підвіска з підкладками 160x80мм, ремінь 40x1350 мм - 4 шт. Ремінь для підйому тазу універсальний 1330x170 мм - 1 шт. Фіксатор для стопи - 2 шт. Ремінь потрійний для стабілізації попереку або грудної клітини – 1шт Ремінь для стабілізації грудної клітини - 1 шт. Ремінь для стабілізації гомілки - 2 шт. Ремінь подвійний для стабілізації руки та передпліччя - 2 шт. Ремінь подвійний для стабілізації стегна - 1 шт. Петля Глісона - 1 шт. Гиря м'яка 0,5 кг - 2 шт. Гиря м'яка 1 кг - 2 шт. Гиря м'яка 1,5 кг - 2 шт. Гиря м'яка 2 кг - 2 шт. Гиря м'яка 2,5 кг - 2 шт. Гиря м'яка 3 кг - 1 шт. Гиря м'яка 4 кг - 1 шт. Гачок S-подібний - 60 шт. Комплект карабінів та ручок - 1шт.	
7	Кабіна для підвісної терапії повинна бути шириною не менше 200 см, глибиною не менше 200 см, висотою не менше 200 см	
8	Максимальна вага пацієнта не менше 200 кг	
9	Вага кабінки для підвісної терапії не менше 116 кг	
10	Кабіна має бути оснащений системою для тренування балансу	
11	Кабіна має давати можливість тестування балансу пацієнта і зберігати результати тестувань	
12	Кабіна має давати можливість зберігати результати в форматі PDF і відправляти їх електронною поштою	
13	Наявність тренувальних програм для балансу	
14	Наявність тренувальних ігор для балансу	
15	Наявність системи аналізу та оцінки тестування на баланс пацієнта	
16	Наявність системи тренування пропріоцепції	
17	Кабіна має бути обладнана реабілітаційним столом з електричним регулюванням висоти	
18	Мінімальна висота столу 45 см	
19	Максимальна висота столу 95 см	
20	Стіл повинен мати можливість використовуватись в процесі реабілітації в реабілітаційній кабінці	

21	Стіл має бути обладнаний спеціальними боковими кронштейнами для кріплення ременів стабілізації в реабілітаційній кабіні	
22	Кількість секцій реабілітаційного столу не менше 2	
23	Зміна кута нахилу підголівника реабілітаційного столу має бути в діапазоні від -80° до 45°	
24	Максимальне навантаження реабілітаційного столу має бути не менше 200 кг	
25	Габарити кушетки не гірше, довжина: 195 см, ширина: 68 см, висота: 45-95 см	
26	Стіл має бути оснащений колесами	

2.1. Термін поставки: протягом 10 робочих днів з дати направлення заявки постачальнику, але не пізніше **31.12.2025 року**.

2.2. Місце поставки: Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул.Захисників України, 7 Б.

2.3. Запропонований товар, матеріали та комплектуючі, з якого виготовлений товар мають бути новими, якісними та такими, що раніше не використовувалися. Товар повинен мати заводське маркування та упакування відповідно технічної документації виробника товару.

2.4. Товар повинен бути упакований Учасником таким чином, щоб виключити пошкодження чи знищення Товару. Товар поставляється в оригінальній упаковці і в комплектності, визначеній виробником товару. Упаковка, в якій відвантажується товар, повинна забезпечувати, при належному поводженні з вантажем, зберігання товару під час транспортування, а також збереження товару від зовнішнього, в тому числі атмосферного впливу.

2.5. Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає технічним (якісним) умовам, Постачальник зобов'язаний його замінити протягом 10-ти робочих днів. Всі витрати, пов'язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.