	ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России ЛАБОРАТОРИЯ ТОКСИКОЛОГИИ (ОТДЕЛ АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ) НАУЧНОГО ЦЕНТРА ИННОВАЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ		
СОП №:	Номер версии:		Число страниц:
IX/O-021-2022/2	2		3
	Дата начала действия версии СОП:		Дата окончания действия версии СОП
	17.06.2022		17.06.2022
Наименование СОП:	**Правила эксплуатации и обслуживания термометра TVY-120**		
Составление, утверждение и пересмотр СОП			
Составлено/ Пересмотрено	_____ подпись	17.03.2021/ 01.06.2022 дата	Л.А. Смирнова
Проверено: Руководитель СОК	_____ подпись	03.06.2022 дата	В.Н. Перфилова
Утверждено: Руководитель испытательного центра	_____ подпись	07.06.2022 дата	Л.И. Бугаева
Форма обучения:	чтение ✓		практические занятия

1. Назначение СОП

1.1. **Цель** данной стандартной операционной процедуры (СОП) – описать порядок эксплуатации и обслуживания термометра TVY-120.

1.2 **Предназначение**

СОП предназначена для сотрудников ИЦ, использующих термометр.

2. Нормативные ссылки

1) ГОСТ 31891-2012 ПРИНЦИПЫ НАДЛЕЖАЩЕЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ПРАКТИКИ (GLP)

3. Ответственность

Сотрудники, которым предназначена СОП, должны следовать описанным в ней правилам эксплуатации термометра TVY-120.

- сотрудник лаборатории, назначенный на работу с термометром TVY-120 должен выполнять порядок эксплуатации данного оборудования.

- исследователь несет ответственность за соблюдение правил работы с термометром при проведении валидации блоков термостатирования колонок КС№1 и КС№2.
- внесение записей в полном объеме, четко и разборчиво.

4. Область применения

Термометр ртутный медицинский TVY-120 предназначен для измерения температуры

5.Термины и определения:

Не применимы

6. Список сокращений

СОП - стандартная операционная процедура
GLP - Good Laboratory Practice
СОК – служба обеспечения качества
КС№1, КС№2 – компьютеризированные системы №1 и №2

7. Применяемое оборудование/инструменты/реактивы:

- термометр TVY-120
- блок термостатирования колонок КС№1 и КС№2

8. Процедура выполнения:

Эксплуатация

- Встряхните термометр, держа его резервуаром вниз. Добейтесь снижения высоты столбика ртути ниже уровня измеряемой температуры
- Поместите термометр в блок термостатирования колонок СТО – 10 AS vp на время необходимое для контроля температуры при проведении валидации компьютеризированных систем не менее 1 мин.
- Храните термометр в футляре. Предохраняйте термометр от падения и ударов по нему, содержит ртуть.
- **Техническое обслуживание** и поверка проводится раз в год.

9. Список использованной литературы

1. Руководство по эксплуатации термометр медицинский модели TVY-12
2. ГОСТ 31891-2012 ПРИНЦИПЫ НАДЛЕЖАЩЕЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ПРАКТИКИ (GLP)

10. Приложение

Не применимо

Лист регистрации изменений IX/O-021-2022/2 версия от 01.06.2022

№ Изм	№ страницы	№ пункта	Внесенные изменения
1	1	Титульный лист	В код СОП добавлен номер версии
2	3	9	В список литературы добавлен п 2. ГОСТ 31891-2012 ПРИНЦИПЫ НАДЛЕЖАЩЕЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ПРАКТИКИ (GLP)
3	Каждая страница	колонтитул	В код СОП добавлен номер версии

Руководитель лаборатории:

«____» _____ _____ г. _____ /_____/

дата подпись расшифровка