ОБГРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі: «**Лікарські засоби різні за кодом CPV за ДК 021:2015 – 33690000-3 (Реактиви лабораторні)» UA-2026-01-14-011760-a на очікувану вартість - 71 600,00 грн.**

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

Мета проведення закупівлі: для забезпечення ефективної роботи клінічної лабораторії КНП «Бершадська ОЛІЛ Бершадської міської ради» у 2026 році.

Оголошення про проведення відкритих торгів

1. Найменування**:** Комунальне некомерційне підприємство "Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування Бершадської міської ради".
2. Місце знаходження: 24400, Україна, Вінницька область, м. Бершадь, вул. Будкевича, буд. 2.
3. Код ЄДРПОУ: 01982494
4. Категорія: відповідно до п.1 ч.4 ст.2 Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі» в редакції від 19.04.2020 р.
5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: **33690000-3 (Реактиви лабораторні).**
6. Дата оголошення: 14.01.2026 р.
7. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.
8.Ідентифікатор закупівлі: **UA-2026-01-14-011760-a**.
9. Строк надання послуг (поставки товару): З дати укладання договору до 31.12.2025 року включно.
10. Очікувана вартість предмета закупівлі: **71 600,00 грн. (з ПДВ**).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:
«Лікарські засоби різні за кодом CPV за ДК 021:2015 – 33690000-3 (Реактиви лабораторні)»

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.
2. Доставка товару здійснюється партіями згідно заявок Замовника, автотранспортом і силами Постачальника та за його рахунок в строк до 5-ти календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника.
3. Термін придатності лікарських засобів на момент поставки повинен складати не менше 80% від загального терміну придатності з дня завезення їх на склад Замовника, про що надати гарантійний лист.
4. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні у передбаченому законодавством порядку та/або дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до чинного законодавства України.
5. Технічні, якісні та кількісні характеристики Товару передбачають застосування заходів із захисту довкілля (довідка в довільній формі).

Вимоги (додаткові вимоги) до учасників:

1. Еквівалентом (аналогом) лікарського засобу в розумінні цієї тендерної документації конкурсних торгів є лікарський засіб якість, діюча речовина препарату (міжнародна назва), дозування, форма випуску, концентрація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками препарату, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. Запропонований препарат повинен відповідати всім нижче наведеним вимогам.

3. Вимоги до тари та упаковки: тара та упаковка повинна відповідати вимогам встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Форма випуску повинна відповідати заявленому переліку. Товар, що поставляється повинен відповідати медико – технічним вимогам вказаним в цій документації.

У разі подання пропозиції, яка не відповідає медико-технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації електронних торгів.

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

№	Код класифікатору НК 024:2023	Код класифікатору НК 031:2024	Найменування	Медико-технічні вимоги	Од. вимірювання	Кількість
1	52858 - Множинні аналіти газів крові/гемоксіметрія/електроліти IVD, набір, комбінація методів аналізу	4666 -КАЛІБРАТОРИ І СТАНДАРТИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ГАЗІВ КРОВІ, ЕЛЕКТРОДИ АБО КАСЕТА	Картридж BG10 (pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, iCa, Hct, Glu, Lactat) 100 шт	Тестовий картридж має бути розрахованим для проведення вимірювань на приладі EDAN i15. Тестовий картридж має бути розрахованим для вимірювання наступних параметрів: Na+, K+, Cl-, Ca++, Hct	набір	1

2	52859 - Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD, калібратор	4666 -КАЛІБРАТОРИ І СТАНДАРТИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ГАЗІВ КРОВІ, ЕЛЕКТРОДИ АБО КАСЕТА	Калібраційний картридж на 50 тестів *	Пакет калібрувальної рідини має бути розрахованим на 50 операцій проведення калібрувань на приладі EDAN i15. Калібрувальна рідина призначена для калібрування наступних параметрів: PpOH2, PCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Glu, Lac та Hct і є частиною системи аналізу газів крові на EDAN i15	упаковки	2