

## ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

**ДК 021:2015 код 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (меблі медичного призначення) для закладів та установ освіти Дарницького району міста Києва**



Закупівля ДК 021:2015 код 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (меблі медичного призначення) для закладів та установ освіти Дарницького району міста Києва обумовлена необхідністю належного укомплектування медичних кабінетів закладів освіти, а також найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту при закладах освіти та управлінні освіти з метою створення безпечних умов перебування здобувачів освіти і працівників. Наявні меблі в окремих закладах освіти є застарілими та не в повній мірі відповідають сучасним вимогам щодо безпеки та функціональності, що ускладнює належне надання первинної медичної допомоги. Закупівля меблів дозволить забезпечити належне облаштування медичних кабінетів і укриттів, створити безпечні та відповідні умови для роботи медичного персоналу, підвищити якість медичного обслуговування учасників освітнього процесу та забезпечити дотримання чинних норм і стандартів.



Враховуючи викладене, закупівля є економічно обґрунтованою, технічно доцільною та необхідною для належного функціонування закладів та установ освіти Дарницького району міста Києва.



1. Строк постачання: з дня укладання договору та до 20 серпня 2026 року.


2. Технічні характеристики:

- конструкція повинна відповідати своєму функціональному призначенню та сучасному дизайну;

№ п / п	Найменування	Опис товару		Одиниця виміру	Кількість штук
1	Ноші медичні А10 ,складні	Розмір (орієнтовно+-2-3 см) 217*54*15, каркас-алюміній , спеціальна тканина, ремені безпеки -2 шт.,чохол.		шт.	10
2	Ширма медична ШПІ -2	Габаритні розміри 1810x1480x520 ± 10 мм Основою кожної секції є металевий каркас, що складається з вертикальних стійок,з'єднаних горизонтальними перетинками, на яких закріплене міцне, непрозоре полотно легкого у догляді. Секції ширми з'єднані шарнірними петлями. Каркас ширми виконаний зі сталеві профільної труби 20*20мм та сталеві труби Ø16мм, пофарбований білою порошковою фарбою RAL 9003, яка має анти-бактеріальні властивості та допускає обробку дезінфікуючими розчинами. Ширми оснащені поворотними колесами Ø40 мм. Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців .		шт.	10

3	Ширма медична ШП-4	<p>Кількість секцій - 4  Габаритні розміри, мм: 2960*520*1810  Ширми являють собою збірну секційну конструкцію, яка включає 4 секції. Основою кожної секції є металевий каркас, що складається з вертикальних стійок, з'єднаних горизонтальними перетинками, на яких закріплене непрозоре, міцне полотно легкого у догляді. Секції ширм з'єднані шарнірними петлями.  Каркас ширми виконаний зі сталеві профільної труби 20*20мм та сталеві труби Ø16мм, пофарбований білою порошковою фарбою RAL9003, яка має анти-бактеріальні властивості та допускає обробку дезінфікуючими розчинами.  Для забезпечення мобільності ширми оснащені поворотними колесами Ø40 мм.  Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців.</p>		Шт.	2
4	Кушетка медична з регулюючим підголовником	<p>Габаритні розміри кушетки, мм (ДхШхВ)  1900*580*530  Довжина фіксованої (нерухомої) секції ложе, 1500мм  Довжина рухомої секції ложе (підголовника), 380мм  Кут підйому підголовника 0° ÷ 45 °  Допустиме навантаження, 200 кг  Кушетка являє собою розбірний металевий посилений каркас, на якому встановлене м'яке ложе.  Ложе кушетки складається з двох секцій: фіксованої (нерухомої) та рухомої (підголовника).  Каркас кушетки має поздовжню перетинку що надає конструкції міцності. Ніжки кушетки встановлені на пластикові опори.  Каркас кушетки виконаний зі сталеві профільної труби 40x20мм, перетинка – зі сталеві профільної труби 25x25мм.  Всі металеві частини кушетки пофарбовані білою порошковою фарбою RAL9003, яка має антибактеріальні властивості та допускає обробку дезінфікуючими розчинами.  Ложе кушетки виконане з ДСП товщиною не менше 16 мм, поролону товщиною не менше 20 мм та обтягнуте штучною шкірою ( колір на вибір замовника).  Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців.</p>		шт.	20

5	<p>Стіл медичний інструментальний СИ-5 євро</p>	<p>Габаритні розміри столика, мм (Д*Ш*В)(з урахуванням всіх виступаючих частин) 660*480*905 Робоча поверхня полиць, мм, (Д*Ш) 535*420 Відстань від підлоги до нижньої полиці, мм 420 Відстань між полицями, мм 320 Висота ручок, мм 100 Столик по конструкції - розбірний. Основу столика становить металевий каркас, на якому розміщені дві металевих полиці. Столик оснащений чотирма поворотними колесами Ø40 мм. Функцію ручок при переміщенні столика виконують верхні частини бічних стійок. Стілки столика виконані зі сталеві профільної труби 20*20мм, рамки під полиці - зі сталеві профільної труби 20*20мм та сталеві листа товщиною 0,8мм. Столик пофарбований білою порошковою фарбою RAL9003, яка має антибактеріальні властивості та допускає обробку дезінфікуючими розчинами Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців.</p>		Шт.	10
6	<p>Шафа медична ШМ -1 С</p>	<p>Габаритні розміри шафи, мм (ДхГлхВ) 530*430*1635, Висота верхнього відділення, мм 880 Висота нижнього відділення (сейфа), мм 560 Розміри полиці, мм, (ДхШ) 495x355 Відстань від підлоги до дна шафи, мм 135, Регулювання висоти, мм +20 Шафа являє собою одностулкову розбірну металеву конструкцію, встановлену на ніжках з регульованими опорами. Шафа розділена на два відділення. Верхнє відділення шафи обладнане двома полицями. Двері верхнього відділення шафи виконані у вигляді металеві рами зі скляною вставкою. Нижнє відділення шафи виконане у вигляді сейфа, обладнане однією полицею та металевими дверима. Двері верхнього і нижнього відділень шафи замикаються на замок. Шафа виконана зі сталеві профільної труби 20x20мм та сталеві листа товщиною 0,8мм. Полиці виконані зі сталеві листа товщиною 0,8 мм. Двері верхнього відділення шафи виконані зі скла товщиною не менше 4 мм. Шафа пофарбована білою порошковою фарбою RAL9003, яка має антибактеріальні властивості та допускає обробку дезінфікуючими розчинами.</p>		шт.	16

		Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців.			
7	Ростомір підлоговий з електронними вагами РПВЕ-2000	Довжина 430±10 мм , Ширина 380±10 мм Висота 2150±10 мм Комплект постачання: Підставка – 1 шт. Стійка вертикальна - 1шт.Рівень пластмасовий - 1шт.Гвинт М8х60 в потай - 2шт.Інструкція із застосування українською мовою – 1 шт. Ваги підлогові електронні - 1шт. Ростомір являє собою суцільнометалевий зварний каркас, встановлений на чотирьох опорах. На стійці рухомо встановлений рівень для вимірювання зросту. Для вимірювання ваги пацієнта під відкидною кришкою підставки ростоміра встановлюються ваги підлогові. Дискретність вимірювання не більше 5 мм Верхня межа вимірювання зросту не менше 2000 мм Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців.		шт.	8

1. Учасник визначає ціну на товар, який він повинен поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачується або мають бути сплачені, а також витрати на страхування, транспортування, збірка меблів, завантаження, розвантаження та інших витрат, визначених законодавством.

2. Учасник у складі своєї пропозиції в обов'язковому порядку надає наступні документи:

- Сертифікат ДСТУ EN ISO 13485 щодо відповідності системи управління якістю підприємства, що регламентує розробку, виробництво, розповсюдження та обслуговування медичних виробів.

- Сертифікат ДСТУ EN ISO 9001 щодо посвідчення системи управління якістю виробника стосовно розробки, виробництва, обслуговування та ремонту медичних виробів та обладнання.

- Сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015 щодо посвідчення системи екологічного управління стосовно розробки, виробництва, обслуговування та ремонту медичних виробів та обладнання (виданий органом сертифікації системи менеджменту, що акредитований Національним агентством з акредитації України).

- Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів на всю продукцію, що пропонується до закупівлі.

- Протокол державного інституту щодо випробувань визначення властивостей фарби RAL 9003, виданий виробнику медичних меблів.

- Гарантійний лист від виробника товару, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни. Гарантійний лист повинен включати найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.

- гарантійний лист від постачальника, щодо заміни бракованого виробу на протязі 5 робочих днів;

- доставка, розвантаження та зборка меблів здійснюється за рахунок постачальника в приміщеннях закладів та установ освіти Дарницького району м. Києва відповідно до дислокації.

#### **Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі**

Згідно річного плану закупівель на 2026р. по КЕКВ 2210, на закупівлю ДК 021:2015 код 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (меблі

**медичного призначення) для закладів та установ освіти Дарницького району міста Києва**

заплановано кошти на суму **510 300,00 грн.** (П'ятсот десять тисяч триста грн., 00 коп.), в т.ч. ПДВ.

**Очікувана вартість предмета закупівлі**

Визначення очікуваної вартості предмету закупівлі здійснюється на підставі моніторингу середньо-ринкових цін обраного виду товару, що є предметом закупівлі у мережі Інтернет з урахуванням транспортних витрат та навантажувально-розвантажувальних робіт з постачання товару. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрати на страхування, доставку, розвантаження в приміщення закладів та установ освіти, витрати на гарантію та інші витрати, визначені законодавством.