

ОБГРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі: Код згідно основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник": - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (НК 024:2023: 38810 Гнучкі ендоскопічні біопсійні щипці багаторазового використання, 35524 Гнучкі ендоскопічні захватні щипці багаторазові, 62615 Петля різальна механічна для поліпектомії, 62615 Петля різальна механічна для поліпектомії UA-2025-06-04-004245-а на очікувану вартість - 65 000,00 грн

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

Мета проведення закупівлі: для забезпечення ефективної роботи ендоскопічного кабінету КНП «Бершадська ОЛІЛ Бершадської міської ради» у 2025 році.

Оголошення про проведення відкритих торгів

1. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство "Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування Бершадської міської ради".
2. Місце знаходження: 24400, Україна, Вінницька область, м. Бершадь, вул. Будкевича, буд. 2.
3. Код ЄДРПОУ: 01982494
4. Категорія: відповідно до п.1 ч.4 ст.2 Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі» в редакції від 19.04.2020 р.
5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: **33160000-9 Устаткування для операційних блоків.**
6. Дата оголошення: 04.06.2025 р.
7. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.
8. Ідентифікатор закупівлі UA-2025-06-04-004245-а.
9. Строк надання послуг(поставки товару): до 31.12.2025 року включно.
10. Очікувана вартість предмета закупівлі: 65 000,00 грн. (з ПДВ).

ІНФОРМАЦІЯ

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі та документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам

ДК 021:2015 - 33160000-9 Устаткування для операційних блоків (НК 024:2023: 38810 Гнучкі ендоскопічні біопсійні щипці багаторазового використання, 35524 Гнучкі ендоскопічні захватні щипці багаторазові, 62615 Петля різальна механічна для поліпектомії, 62615 Петля різальна механічна для поліпектомії).

Кількісні характеристики предмета закупівлі

№	Назва	Кількість
1	Гнучкі ендоскопічні біопсійні щипці багаторазового використання	1 штука
2	Гнучкі ендоскопічні захватні щипці багаторазові	1 штука
3	Петля різальна механічна для поліпектомії	1 штука
4	Петля різальна механічна для поліпектомії	1 штука

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов'язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або витягів із зазначених документів, або інших документів українською мовою) в якому міститься ця інформація разом з додаванням таких технічних документів або витягів із цих документів. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати:

а) копії відповідних сторінок документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичних виробів за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту щодо медичних виробів (Учасник надає скан-копії відповідних сторінок декларації про відповідність та/або сертифікату відповідності), або

б) гарантійний лист від Учасника, що на запропонований ним товар копії документів визначених п.п. (а) п.2 загальних вимог цього Додатку, будуть надані при постачанні товару.

3. Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

4. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати Спроможність Учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання Учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника. Гарантійний лист повинен включати номер процедури закупівлі в системі електронних закупівель, назву предмета закупівлі, а також назву Учасника та назву Замовника (Учасник надає скан-копію оригіналу гарантійного листа).

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
(опис предмета закупівлі)
Медико-технічні вимоги

№	Медико-технічні вимоги	Відповідність (так/ні) та посилання на відповідний розділ(и) та/або сторінку(и) документації виробника
1	Щипці для біопсії, багаторазові, діаметр не менше 2,2 мм та не більше 2,3 мм, довжина не менше 160 см та не більше 180 см, з овальними чашечками що звужуються, з отворами	
2	Захват для видалення чужорідних тіл, багаторазовий, діаметр не більше 2,3 мм, довжина не менше 230 см, тип «довгий алігатор» та 1 на 2 зубця або «щурячий зуб»	
3	Петля для поліпектомії, багаторазова, симетрична, діаметр не більше 2,3 мм, довжина не менше 230 см, ширина відкриття 10 мм на 20 мм	
4	Петля для поліпектомії, багаторазова, симетрична, діаметр не більше 2,3 мм, довжина не менше 230 см, ширина відкриття 20 мм на 40 мм	