

Технічна Специфікація

1. Загальні відомості.Л

1.1. Замовником є БО «БФ «НАГД «ЗДОРОВІ».

1.2. Призначення: для реалізації цілей та завдань в рамках проєкту, що реалізується за підтримки GlobalGiving.

2. Технічні характеристики предметів закупівлі

Назва товару	Характеристики	Опис запропонованого товару
кольпоскоп з відеосистемою	Кут огляду: під нахилом 45 ° Звичайне відстань фокусування: 20 мм Збільшення окуляра: 16X Міжзінична відстань: 50-80мм Регульована оптична сила лінз в діоптріях: $\pm 5D$ Фокусна відстань об'єктива: $F = 300$ мм Регулювання збільшення: 5-ступінчасте: 0.4X, 0.66X, 1X, 1.5X, 2.5X Параметри збільшення: 2.7X, 4.4X, 6.6X, 10X, 16.6X Лінійне поле: 90мм, 55мм, 37мм, 24мм, 15мм Освітлення: коаксіальне освітлення за допомогою 10Вт LED джерела живлення, регульована яскравість, освітленість > 30 000 Люкс Параметри живлення: 100-240 В	

	Опціональні компоненти: пристрій демонстрації, камера, SLR перехідник для камери, монітор, об'єктив , кріплення для монітора.	
стерилізатор паровий (автоклав) об'єм камери 100 л	Об'єм стерилізаційної камери, дм3- 100 л. Діаметр камери стерилізації, мм- 400 Глибина камери стерилізації, мм - 850 Кількість основних режимів стерилізації- 2 1 режим t°C — мін — МПа (бар) 132 — 20 — 0,2 (2,0) 2 режим t°C — мін — МПа (бар)- 120 — 45 — 0,11 (1,1) Потужність, кВт, не більше- 12,5 Живлення-380 В, 50 Гц	
електричне гінекологічне крісло	Техническая характеристика:тип приво- ду: електричне Розміри ложе (в положенні стіл) 1900 мм × 600 мм Розміри секції спинної 890 мм × 600 мм Розміри секції для сидіння	

	450 мм × 600 мм Розміри секції допоміжної 495 мм × 550 мм Висота ложе (горизонтальне положення) найнижча 520 мм, найвища 920 мм Висота секції для сидіння (макс нахил секції для сидіння вгору) 1130 мм Нахил секції спинної вгору 0°~85° Нахил секції для сидіння вгору 0°~17° Діаметр коліс 100 мм Максимальне безпечне навантаження 180 кг	
--	--	--

Підпис _____

Печатка _____