

ОБГРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі: ДК 021:2015 – 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків;

НК 024:2023: 44776 - Електрохірургічна система;

НК 031:2024: код EMDN Z12010902 - ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНІ АПАРАТИ (ЕХА) ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

UA-2026-08-20-000723-а

на очікувану вартість - 658 878,50 грн.

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

Мета проведення закупівлі: для забезпечення ефективної роботи КНП «Бершадська ОЛП Бершадської міської ради» у 2026 році.

Оголошення про проведення відкритих торгів

1. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство "Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування Бершадської міської ради".
2. Місце знаходження: 24400, Україна, Вінницька область, м. Бершадь, вул. Будкевича, буд. 2.
3. Код ЄДРПОУ: 01982494
4. Категорія: відповідно до п.1 ч.4 ст.2 Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі» в редакції від 19.04.2020 р.
5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: **ДК 021:2015 – 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків.**
6. Дата оголошення: 20.08.2026 р.
7. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.
8. Ідентифікатор закупівлі UA-2026-08-20-000723-а.
9. Строк надання послуг(поставки товару): до 31.12.2025 року включно.
10. Очікувана вартість предмета закупівлі: **658 878,50. (без ПДВ).**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**
Електрохірургічна система (Електрохірургічний апарат)
за кодом ДК 021:2015 – 33160000-9 - Устаткування для операційних
блоків;
НК 024:2023: 44776 - Електрохірургічна система;
НК 031:2024: код EMDN Z12010902 - ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНІ АПАРАТИ
(ЕХА) ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кільк ість
1	Електрохірургічна система комплект (Електрохірургічний апарат комплект)	шт..	1

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту або надати гарантійний лист, що Учасник зобов'язується надати відповідні документи при постачанні.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні. Гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців. *На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.*

3. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена копією документу (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація.

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення інструктажу персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

5. Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника *(надати скан-копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції)*.

Медико - технічні вимоги:

Електрохірургічний апарат - 1 шт

№	Медико-технічні характеристики	Діапазон значень, відповідність, наявність	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічної документації
1.	Область застосування	Кардіоторакіальна хірургія Урологія Нейрохірургія Гастроінтестинальна ендоскопія Загальна хірургія Ортопедія Турбопластика	
2.	Призначення	для електрохірургічного	

		розрізу та коагуляції тканин	
3.	Монополярні режими роботи, не менше	3	
4.	Біполярні режими роботи, не менше	5	
5.	Режим монополярного чистого різання	Наявність	
6.	Режим монополярного ендो різання	Наявність	
7.	Режим монополярної коагуляції	Наявність	
8.	Режим біполярного різання Бі-кат	Наявність	
9.	Режим біполярного різання Бі-коагуляція	Наявність	
10.	Режим біполярного різання Авто	Наявність	
11.	Режим біполярного різання Печатка	Наявність	
12.	Режим біполярного різання Бі-тур	Наявність	
13.	Мінімальна потужність при режимах роботи, не більше	80Вт	
14.	Максимальна потужність при режимах роботи	400Вт	
15.	Робоча частота при режимах роботи, не менше	480 Khz	
16.	Максимальна вихідна потужність впливу – не більше	300 Вт	
17.	Кількість програм режимів роботи, не менше	90	
18.	На панелі апарату є такі роз'єми	Монополярна розетка Роз'єм для зворотнього електрода Монополярна розетка для ножного перемикача Біполярний роз'єм для ножного	

		перемикача Біполярний роз'єм Гніздо для ущільнювача	
19.	Індикатор тривоги зворотного електрода пацієнта	Наявність	
20.	Індикатори	- монополярного різання - монополярної коагуляції - біполярного ущільнення	
21.	Відображення відносної потужності для монополярного розрізу та коагуляції	Наявність	
22.	Відображення відносної потужності для біполярного розрізу та коагуляції	Наявність	
23.	Кнопка налаштування відносної потужності монополярних режимів	Наявність	
24.	Кнопка налаштування відносної потужності біполярних режимів	Наявність	
25.	Регулятор гучності, не більше	65 дБ	
26.	Контроль та регулювання потужності процедури за допомогою клавіш на панелі пристрою	Наявність	
27.	В комплект має входити:		
28.	Шнур живлення, 1 шт	Наявність	
29.	Пластина для пацієнта, силіконова зі шнуром, 2 шт	Наявність	
30.	Ножна педаль, подвійна, 2шт	Наявність	
31.	Затискач лігуючий зі шнуром, 1 шт	Наявність	
32.	Багаторазовий ручний перемикач-олівець, 2 шт	Наявність	
33.	Багаторазовий олівець +набір голок (2шт), один комплект	Наявність	
34.	Пінцет 2шт Z-подібний 18см 0,5мм*2мм	Наявність	

35.	Багаторазовий Електролігуючий інструмент лігуючий 5мм 32см 1шт	Наявність	
36.	Біполярний кабель багаторазовий 2шт	Наявність	
37.	Вставка лігуюча до Електрохірургічного ін-ту 1шт	Наявність	
38.	Біполярний кабель евростандарт 1шт	Наявність	

* У випадку, якщо тендерна документація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгову марку, патент, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, учасниками закупівлі слід мати на увазі, що у своїх пропозиціях Законом не забороняється пропонувати відповідні еквіваленти.