

Тендер

ОРГАНІЗАТОР: РАТН

Назва проекту: «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні» («Support TB Control Efforts in Ukraine»)

**Найменування послуг:
«Капітальний ремонт (модернізація) пересувного
флюорографа»**

(ДК 021:2015 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)

Київ, Україна

ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

24 березня 2023 р.

RATH, Організатор Тендеру, впроваджує в Україні Проект «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні» («Support TB Control Efforts in Ukraine») за кошти Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з метою зниження тягаря ТБ в Україні шляхом профілактики, раннього виявлення захворювання і належного лікування хворих на ТБ, ЛС-ТБ і ко-інфекції ТБ/ВІЛ.

1. В рамках Проекту передбачається **капітальний ремонт (модернізація) пересувного флюорографа** для підвищення надійності та ефективності його роботи з метою проведення скринінгу органів грудної порожнини населення з метою виявлення на ранніх стадіях туберкульозу, онкологічних та інших захворювань, за безготівковим розрахунком.
2. RATH оголошує конкурс на відбір компанії, яка буде здійснювати капітальний ремонт (модернізацію) пересувного флюорографа, вказану у Технічному завданні, і цим запрошує Вас надати цінові пропозиції. Докладніший опис приводиться в Технічному завданні, що додається.
3. Тендерна документація включає наступні документи:

Розділ 1. Технічна пропозиція - Технічне завдання та Типові форми.
Розділ 2. Фінансова пропозиція - Типові форми.
4. За результатами тендеру буде відібрано компанію, яка отримає право на укладення договору на капітальний ремонт (модернізацію) вказаної техніки
5. До розгляду будуть прийматися лише ті пропозиції, які відповідатимуть усім вимогам, вказаним в тендерній документації.
6. Ціни мають бути зазначені в доларах США, оплату буде здійснено у гривні по курсу НБУ на дату сплати.
7. Пропозиція у встановленому форматі, а також додаткова інформація мають надсилатися на електронну адресу yshvets@path.org (у темі листа просимо зазначити **«Капітальний ремонт (модернізація) пересувного флюорографа»**).
8. Кінцевим терміном для отримання пропозицій Організатором встановлюється **31 березня 2023 року 14:00** за місцевим часом. Пропозиції, які надійдуть пізніше зазначеного терміну, до розгляду не приймаються.
9. Кандидата-переможця конкурсу буде обрано на засіданні комісії, яке, як очікується, відбудеться не пізніше **6 квітня 2023 року**. Оприлюднення інформації щодо переможця відбудеться протягом 5 (п'яти) робочих днів після офіційного затвердження конкурсною комісією. Закупівля послуг буде здійсненна після узгодження з донором.
10. RATH залишає за собою право приймати або відхиляти будь-яку цінову пропозицію відповідно до документації, Політик і Процедур організації RATH і право припинити процедуру тендеру та відмовитися від усіх цінових пропозицій у будь-який час до укладання договору без будь-якої відповідальності перед учасниками тендеру.

11. Оголошення про конкурс розміщуються Організатором на сайті www.prostir.ua, www.gurt.org.ua та www.prozorro.gov.ua.

Організатор конкурсу не несе відповідальності за роботу електронного поштового сервісу, за будь-які помилки, внаслідок яких заявка/резюме учасників конкурсу не надійшли/надійшли із запізненням через виникнення форс-мажорних обставин. Організатор конкурсу не несе відповідальності за неможливість контакту з учасником конкурсу, якщо будь-яка інформація про учасника конкурсу надана неправильно. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.

Участю у конкурсї учасник безумовно погоджується з усіма умовами конкурсу та бере на себе зобов'язання їх належно виконувати.

ПРАВИЛА ТА УМОВИ

А. Повідомлення про відсутність зобов'язання щодо пропозицій

РАТН залишає за собою право відхилити будь-які чи всі цінові пропозиції, отримані у відповідь на запрошення до участі у тендері, і жодним чином не зобов'язана приймати будь-яку цінову пропозицію.

Б. Конфіденційність

Вся інформація, надана РАТН у цьому запрошенні, повинна розглядатися як конфіденційна. В разі, якщо будь-яка інформація буде недоречно розголошена, РАТН шукатиме відповідних дозволених засобів правового захисту. Пропозиції, обговорення та вся інформація, отримана у відповідь на це запрошення буде розглядатися як суворо конфіденційна, якщо не зазначено інше.

В. Повідомлення про конфлікт інтересів

Постачальники, які беруть участь у тендерах РАТН, повинні заявити контактній особі щодо цієї закупівлі, яка вказана у цьому запрошенні, про будь-який наявний чи потенційний конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів може бути наявним, якщо: існують особисті стосунки з співробітником РАТН, які становлять значний фінансовий інтерес, членство в правлінні, інша посада, право власності або право на інтелектуальну власність, що може суперечити з зобов'язаннями постачальника перед РАТН. Постачальники і РАТН захищені, коли є повідомлення про наявні чи можливі конфлікти інтересів. У разі потреби, РАТН розробить план врегулювання, що забезпечить зменшення потенційних ризиків, які виявилися в результаті повідомлення про конфлікт інтересів.

Г. Комунікація

Вся комунікація стосовно цього запрошення повинна бути адресована відповідним сторонам в РАТН, вказаним в пункті 7. Звернення до третіх сторін, задіяних у проекті, до експертної групи чи будь-якої іншої сторони може розглядатися як конфлікт інтересів і може призвести до дискваліфікації пропозиції.

Д. Прийняття

Прийняття пропозиції не означає прийняття правил і умов цієї пропозиції. РАТН залишає за собою можливість домовлятися про остаточні правила і умови шляхом переговорів. Крім того,

ми залишаємо за собою право вести переговори щодо суті пропозицій фіналістів, а також щодо можливості прийняття частини складових пропозицій, якщо це необхідно.

Е. Право на кінцеві переговори

РАТН залишає за собою можливість вести переговори про остаточну вартість і обсяг робіт та залишає за собою можливість обмежувати або долучати треті сторони до таких переговорів на власний розсуд РАТН.

Є. Обмеження третіх сторін

РАТН не представляє, не гарантує та не діє як агент будь-якої третьої сторони у зв'язку з цим оголошенням. Це оголошення не уповноважує жодну третю сторону зобов'язати чи нав'язати РАТН будь-яким чином без висловлення нашої згоди у письмовій формі.

Ж. Дійсність пропозиції

Надіслані у відповідності до цього оголошення пропозиції повинні бути дійсними протягом 90 днів з дати, встановленої для надання пропозиції. Термін дійсності пропозиції повинен бути вказаний у самій пропозиції, що надіслана РАТН.

Розділ 1. ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ТА ТИПОВІ ФОРМИ)

ДОДАТОК 1 до оголошення про проведення тендеру

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ / ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Вимоги до закупівлі:

ВАЖЛИВО:

Товар має бути сертифікований та адаптований для українського ринку, сумісний з параметрами електромереж, відповідати вимогам законодавства України по відношенню до конкретного товару. Товар має постачатися повністю готовий до експлуатації.

Товари і послуги, джерелом походження яких або їхня національна приналежність є передова країна, що розвивається, не можуть пропонуватися для поставки. Походження означає країну, з якої товар відправляється в Україну, чи саму Україну, якщо товар знаходиться в ній під час покупки, незалежно від місця виготовлення чи виробництва. Де, однак, якщо товар відвантажується з вільного порту або митного складу у тій же формі, у якій він був там отриманий, “походження” означає країну, з якої цей товар був відвантажений у вільний порт або на митний склад. Національна приналежність постачальника товарів та послуг означає місцезнаходження юридичної організації, права власності, громадянства чи законного постійного місця проживання (або прирівнюється до імміграційного статусу, що дозволяє жити та працювати на постійній основі). “Передова країна, що розвивається” означає ту, яка Світовим Банком визначена як країна з доходом вище середнього відповідно до її валового національного доходу на душу населення. Список країн, що розвиваються, можна знайти за цим посиланням:

<https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups>. Якщо вказаний товар знаходиться в Україні на час подання тендерної пропозиції, учасник повинен надати офіційного листа, що підтверджує фактичне знаходження товарів в Україні.

Лот 1. Технічні вимоги до послуги: «Капітальний ремонт (модернізація) апарату рентгенофлюорографічного перевізного «Індіарс-П» на базі шасі автомобіля Богдан 09202, 2008 р.».

№	Параметри, технічні характеристики	
Капітальний ремонт (модернізація) пересувного флюорографа		
1. Загальні відомості		
1.2	Національна приналежність постачальника (учасника)	Вказати країну
2. Загальні вимоги:		
2.1	Сервісне гарантійне обслуговування – не менше 18 місяців та здійснюється працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання	Вказати
2.2	Інструктаж персоналу за рахунок постачальника	Надати гарантійний лист
2.3	Наявність дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання	Надати копію
3. Заміна систем та цифрового приймача:		
3.1.	Модернізація системи електроживлення пересувного апарату	

3.2.	Заміна наявної рентгенівської системи на сучасну з наступними параметрами:	
3.2.1	Тип генератора – височастотний	
3.2.2	Частота перетворення – не менше ніж 200 кГц	
3.2.3.	Діапазон зміни анодної напруги від 40 до 125 кВ з кроком, не більше 1 кВ	
3.2.4	Діапазон зміни анодного струму від 30 до 300 мА з кроком, не більше 1 мА	
3.2.5	Потужність, не менше 16 кВт	
3.2.6	Час експозиції знімків, с від 0,1 до 5 с	
3.2.7	Встановлення нового пристрою живлення з накопичуванням енергії потужністю не менше 30кВт	
3.2.8	Заміна рентгенівського випромінювача на новий із параметрами не гірше:	
3.2.8.1	Конструкція – моноблочна	
3.2.8.2	Розмір фокусних плям рентген-трубки, мм – 0,8 x 0,8 та 1,5 x 1,5	
3.2.8.3	Рентгенівська трубка з обертовим анодом	
3.2.8.4	Швидкість обертання аноду, не менше 3000 об./хв..	
3.2.8.5	Теплоємність аноду не менше ніж 80 кДж	
3.3	Заміна старого цифрового приймача на новий сучасний, за наступними параметрами:	
3.3.1	Розмір вхідного поля - не менше, ніж 430x430 мм	
3.3.2	Просторова розрізняльна спроможність: не менше 3,6 пар ліній/мм.	
3.3.3	Перетворення не менше 14 біт	
3.3.4	Наявність DICOM-сумісної програми пост обробки зображень	
3.3.5	Наявність системи цифрової АЕС з програмною функцією дозиметрії	
3.4	Заміна автоматизованої робочої станції оператора на базі ноутбуку з наступними параметрами:	
3.4.1	Діагональ монітора – не менше 14	
3.4.2	Об'єм оперативної пам'яті не менше 8 Гб	
3.4.3	SSD накопичувач – не менше 1 Тб	
3.4.4	Процесор – не менше ніж 4 ядра, 3.3 GHz	
3.4.5	Керування параметрами експозиції, ведення бази даних, статистики і передачі результатів обстеження	
3.4.6	Автоматичний голосовий супровід процесу обстеження українською мовою або, за неможливістю, принаймні голосовий зв'язок лаборант-пацієнт	
3.4.7	Безпроводний доступ до PACS сервера для роботи з рентгенографічними знімками та інформацією про пацієнтів	

3.4.8	Спеціалізоване програмне забезпечення (україномовний інтерфейс)	
3.5	Заміна автоматизованої робочої станції лікаря на нову з наступними параметрами:	
3.5.1	Відображення даних на екрані і можливість пост-обробки	
3.5.2	Створення CD/DVD диску DICOM з вбудованою програмою перегляду	
3.5.3	Безпроводна передача даних на окремий PACS сервер	
3.5.4	USB інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв	
3.5.5	Об'єм оперативної пам'яті не менше 4 Гб	
3.5.6	2 Монітори: - основний для діагностики, не менше 24 дюймів - допоміжний монітор для ведення бази даних і формування звітів, не менше 24 дюймів	
3.5.7	SSD накопичувач – не менше 128 Гб	
3.5.8	HDD накопичувач – не менше 1 Тб	
3.5.9	Процесор – не менше ніж 4 ядра, 3.3 GHz	
3.5.10	Спеціалізоване програмне забезпечення (тільки україномовний інтерфейс)	
3.5.11	Клавіатура, миша	
3.6	Встановлення оновленого ПЗ з параметрами:	
3.6.1	Повна DICOM сумісність	
3.6.2	Ведення бази даних пацієнтів	
3.6.3	Перегляд результату в процесі його обробки	
3.6.4	Можливість виводу на екран монітора будь-якого рентгенівського зображення	
3.6.5	Збереження у файлі пацієнта: цифрового знімку обстеження, дати та виду обстеження, діагнозу	
3.6.6	Перегляд зображень у режимах фіксований масштаб, фіксована область, зміна масштабу, переміщення зображення у вікні;	
3.6.7	Функція «позитив-негатив», гама-корекція та автоматичний підбір оптимальної яскравості і контрасту обраної області;	
3.6.8	Вимірювання: лінійні розміри, площа виділеного квадрату, будь-якої фігури, середнє, середньоквадратичне відхилення, максимум та мінімум по області та статистика дози опромінювання	
3.6.9	Ведення архіву, перегляд зображень з архіву в тому числі за певний період часу.	
3.6.10	Швидкий пошук пацієнтів за діагнозом, сортування за групою ризику, прізвищем, датою обстеження та іншими параметрами	
3.6.11	Можливість запису рентгенограми та іншої інформації в запам'ятовуючий пристрій та на магнітний носій (CD-RW/ DVD/флеш накопичувач).	
4. Відновлення кабінки флюорографічної, а саме:		

4.1.	Відновлення лакофарбового покриття кабіни	
4.2.	Профілактичний ремонт приводу дверей та підйомника	
5.	Регулювання системи кондиціонування	
6.	Встановлення стабілізатора напруги	

Примітка: У разі, якщо у даних «Медико-технічні вимоги» йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що дані Медико-технічних вимог містять вираз «або еквівалент».

ДОДАТОК 2

до оголошення про проведення тендеру ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ КВАЛІФІКАЦІЮ УЧАСНИКА

Загальні вимоги:

До розгляду будуть прийматися цінові пропозиції Товариств з обмеженою відповідальністю та Фізичних осіб-підприємців як на загальних умовах оподаткування, так і неплатників Податку на додану вартість.

Зверніть увагу, що претенденти повинні заявити в своїй пропозиції, що вони розуміють, що організація РАТН звільнена від ПДВ, і це звільнення буде застосоване до всіх рахунків-фактур, або що учасники розуміють правила використання порядку звільнення від ПДВ*.

Відповідний профіль діяльності зазначений в установчих документах, що дозволяє продавати вказане в Лоті 1 «Капітальний ремонт (модернізація) апарату рентгенофлюорографічного перевізного «Індіарс-П» на базі шасі автомобіля Богдан 09202, 2008 р.».

Кваліфікаційні критерії

Фізична особа-підприємець за законодавством України / Товариство з обмеженою відповідальністю

Підтверджуючі документи (завіренні печаткою організації та підписом уповноваженої особи)

1. Копія витягу з Єдиного державного реєстру (ЄДР) юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
- 2.** Підтвердження про відсутність боргів щодо сплати податків.
3. Копія документу про статус платника податків; документи, що підтверджують статус неплатника ПДВ, або зобов'язання від учасника використання порядку звільнення від ПДВ (порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та

моніторингу міжнародної технічної допомоги»).

Досвід виконання подібних договорів:

Документальні підтвердження надаються у довільній формі у вигляді посилання на основні успішні договори.

Загальна інформація про компанію

Заповнений Додаток 4.

Можливість проводити оплату за надані послуги шляхом безготівкових розрахунків

Вказати банківські реквізити.

Якщо в Лот 1 країною походження обладнання вказано Україну

Надати офіційного листа, що підтверджує фактичне знаходження товарів в Україні.

Примітка:

Всі документи, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами), повинні бути підписані уповноваженою особою учасника та скріплені його власною печаткою.

*Згідно зі статтею 1(а) Угоди “товари, поставки та інше майно, що надається або використовується у зв’язку з програмами допомоги Сполучених Штатів, можуть імпортуватися, експортуватися або використовуватися в Україні із звільненням від будь-яких тарифів, зборів, мит, податків на імпорт та інших аналогічних податків або зборів, що накладаються Україною або будь-якою її організацією”.

ДОДАТОК 3
до оголошення про проведення тендеру

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ:

- Зміст та комплектність документів, що підтверджують кваліфікацію Учасника;
- Вартість пропозиції;
- Відповідність технічним специфікаціям.

ДОДАТОК 4**до оголошення про проведення тендеру****ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ**

1.	Повна назва компанії	
2.	Дата заснування	
3.	Контактна інформація про компанію Адреса Телефон Електронна адреса для листування Веб-сторінка	
4.	Директор компанії	
5.	Контактна особа (визначений менеджер проекту), з якою можна зв'язатися в надзвичайних ситуаціях у будь-який час	
6.	Свідоцтво платника податку	
7.	Банківські реквізити	
8.	Основні види діяльності	
9.	Ліцензії	
10.	Кількість філій (представництв)	
11.	Кількість сервісних центрів в Україні	

Інша додаткова інформація _____

Підпис _____

Дата

Розділ 2. ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ
(ТИПОВІ ФОРМИ)

ДОДАТОК 5
до оголошення про проведення тендеру

№	Найменування	Кількість	Технічні характеристики	Вартість за од.	Разом
1.					
Вартість доставки					
Всього по замовленню:					
Всього до сплати:					

Тривалість доставки та після отримання замовлення _____.

Гарантійний термін на пропоновану послугу **«Капітальний ремонт (модернізація) апарату рентгенофлюорографічного перевізного «Індіарс-П» на базі шасі автомобіля Богдан 09202, 2008 р.»**. _____.

Розташування сервісного центру для обслуговування та гарантійного ремонту _____.

Адреса доставки –

- 1) Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр» Вінницької обласної Ради» (Вінницька область, Вінницький район, с. Бохоники, Комплекс будівель та споруд, буд. б/н).