



Załącznik nr 1
do zapytania o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia

Dane Oferenta:

Nazwa:	
Adres:	
Tel.:	
E-mail:	
NIP:	

FORMULARZ CENOWY

W odpowiedzi na zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia z dnia 09 lipca 2026 roku dotyczące zakupu sprzętu laboratoryjnego w postaci **zestawu 3 sztuk pompek tłoczących z akcesoriami**, w związku z realizacją projektu pn. „*Innowacyjny system wizualnej oceny stężenia 1-MCP w atmosferze komór przechowalniczych owoców i warzyw*”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0”, realizowanego w ramach Priorytetu 1. Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu, Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021–2027, na podstawie Umowy nr 9/F/II/2026 o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia podpisanej z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o., przedstawiamy następującą informację cenową wynikającą ze stosowanych przez nas cen rynkowych:

1. Szacujemy wykonanie zamówienia – dostawę, wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia wymienionego w niniejszym zapytaniu o cenę – wg podanej niżej ceny:

kwota netto: _____ złotych
(PLN)

kwota podatku VAT: _____ złotych
(PLN)

kwota brutto: _____ złotych
(PLN)

(słownie:

)

2. Tabelaryczne zestawienie parametrów oferowanego zestawu 3 sztuk pompek tłoczących z akcesoriami:

ZESTAW 3 SZTUK POMPEK TŁOCZĄCYCH Z AKCESORIAMI		
Lp.	Wymagane minimalne parametry	Parametry oferowanego towaru (Wypełnia Wykonawca)



		Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w tej kolumnie tabeli: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać.
SPECYFIKACJA		
POMPKA NR 1 – KOMPAKTOWA POMPKA AKUMULATOROWA (NISKI PRZEPŁYW) <i>przeznaczona do wymuszania precyzyjnego, niskiego przepływu powietrza przez element detekcyjny testu barwnego w warunkach laboratoryjnych</i>		
1	Pomпка pobierająca próbki powietrza, zasilana akumulatorem wewnętrznym (wbudowanym), z możliwością ładowania przez dedykowaną ładowarkę; zakres przepływu co najmniej 20–500 ml/min lub szerszy; waga nie większa niż 300 g (bez akcesoriów)	
2	Wyposażona w uchwyt/adapter do regulacji niskiego przepływu (Low Flow) oraz wbudowany łącznik szybkozłączny (CPC lub równoważny) umożliwiający szybki montaż elementów detekcyjnych lub rurek przepływowych testu barwnego; ładowarka dołączona do zestawu	
POMPKA NR 2 – POMPKA UNIWERSALNA (SZEROKI ZAKRES PRZEPŁYWÓW) <i>przeznaczona do wymuszania obiegu powietrza przez prototyp testu barwnego w szerokim zakresie przepływów; umożliwia testowanie elementów detekcyjnych przy różnych prędkościach przepływu gazu</i>		
3	Pomпка pobierająca próbki powietrza, uniwersalna, zasilana akumulatorem wewnętrznym (wbudowanym), z możliwością ładowania przez dedykowaną ładowarkę; zakres przepływu co najmniej 50 ml/min do 5 l/min lub szerszy	
4	Wyposażona w adaptor (złączkę) umożliwiający próbkowanie w zakresie niskiego przepływu (co najmniej do 200 ml/min lub mniej); ładowarka dołączona do zestawu	
POMPKA NR 3 – POMPKA TERENOWA NA BATERIE <i>przeznaczona do przeprowadzanie testów prototypowych w warunkach rzeczywistych, bez dostępu do sieci elektrycznej; sterownik stałego ciśnienia zapewnia powtarzalność warunków pomiaru</i>		
5	Pomпка pobierająca próbki powietrza, zasilana wymiennymi bateriami (typ AA lub równoważny, co najmniej 2 szt.), bez konieczności stosowania zewnętrznej ładowarki; waga nie większa niż 400 g (bez baterii i akcesoriów)	
6	Wyposażona w adaptor niskiego przepływu (co najmniej do 200 ml/min lub mniej) oraz sterownik/regulator stałego ciśnienia (Constant Pressure Controller lub równoważny) zapewniający stabilny i powtarzalny przepływ powietrza przez element detekcyjny testu niezależnie od jego oporu przepływowego	



AKCESORIA DO POMPEK <i>Ostonki ochronne złączy oraz elementy uszczelniające</i>		
7	Ostonka ochronna na rurkę/złącze o średnicy 6 mm i długości co najmniej 70 mm (lub zbliżonych wymiarach), chroniąca połączenie z pompką przed uszkodzeniem mechanicznym; co najmniej 1 sztuka	
8	Ostonka ochronna na rurkę/złącze o średnicy 8 mm i długości co najmniej 110 mm (lub zbliżonych wymiarach); co najmniej 1 sztuka	

.....
Miejscowość i data

.....
Imię i nazwisko, podpis, pieczęć¹

¹ Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta legitymującej się właściwym upoważnieniem.