

ОБГРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі:
««Послуги з ремонту і технічного обслуговування кисневого медичного генератора» (Код ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)» UA-2025-09-16-011731-a
на очікувану вартість - 109 800,00 грн

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

Мета проведення закупівлі: для забезпечення ефективної роботи КНП «Бершадська ОЛЛІ Бершадської міської ради» у 2025 році.

Оголошення про проведення відкритих торгів

1. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство "Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування Бершадської міської ради".
2. Місце знаходження: 24400, Україна, Вінницька область, м. Бершадь, вул. Будкевича, буд. 2.
3. Код ЄДРПОУ: 01982494
4. Категорія: відповідно до п.1 ч.4 ст.2 Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі» в редакції від 19.04.2020 р.
5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: **Код ДК 021:2015: 50530000-9** Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки .
6. Дата оголошення: 16.09.2025 р.
7. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.
8. Ідентифікатор закупівлі UA-2025-09-16-011731-a.
9. Строк надання послуг(поставки товару): до 31.12.2025 року включно.
10. Очікувана вартість предмета закупівлі: **109 800,00 грн.** (з ПДВ).

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

№ п/п	Роботи, що виконуються Виконавцем	Один. виміру	Кількість
Технічне обслуговування генератора кисневого медичного , що включає в себе:			
1	Перевірка системи на герметичність, оцінка загального технічного стану фільтруючих елементів та їх заміною	Посл.	1
	В тому числі:		
	Фільтруючий елемент D65 (1 шт)		
	Фільтруючий елемент DS65 (1 шт)		
	Фільтруючий елемент P630 (1 шт)		
	Фільтруючий елемент G630 (1 шт)		
	Фільтруючий елемент H630 (1 шт)		
	Фільтруючий елемент D630 (1 шт)		
	фільтруючого елемента OFD15 AUTO DRAIN (4 шт)		
2	Перевірка осушувача повітря включаючи систему конденсато відведення		
3	Перевірка тиску в ресивері стисненого повітря, ресивері кисню та колонах генераторів		
4	Перевірка час циклу та інтервал циклу		
5	Перевірка чистоти кисню (приладом)		
6	Перевірка датчика потоку(витратомір)		
7	Перевірка системи викиду відпрацьованих газів		
8	Перевірка регулятора тиску		
9	Огляд та очищення технологічних клапанів		
10	Перевірка рівня та стану молекулярного сита		
11	Перевірка запобіжних клапанів		
12	Перевірка манометрів		
13	Перевірка з'єднань труб і шлангів, заглушок		
14	Ведення журналу технічного обслуговування кисневої станції		
15	Контроль рівня масла компресора		
16	Обслуговування і очистка Повітряного фільтра компресора		
	В тому числі:		
	Масляний фільтр (1 шт)		
	Сепаратор (1 шт)		
	Повітряний фільтр (1 шт)		
	Панельний Фільтр (1 шт)		
17	Сепаратор (1 шт)		
	Контроль холостого ходу компресора		
18	Контроль наявності підтікань масла в компресорі		
	В тому числі:		
	Масло компресорне (20 л.)		
19	Перевірка зворотної лінії сепаратора		
20	Очищення лінії відводу конденсату		
21	Очищення решітки радіатора компресору		
22	Заміна термостату		
23	Очищення сітчастого фільтра		
24	Перетяжка з'єднуваних контактів		
25	Обслуговування системи вентиляції чи кондиціонування		

МП**

(Підпис керівника підприємства (вказати ПІБ, посаду), організації, установи)

**** Ця вимога не стосується учасників, які проводять діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.**

1. Використання масел, фільтрів та інших матеріалів, які при необхідності буде використовувати учасник при наданні послуг має бути погоджено з виробником кисневого генератора або офіційним представником виробника в Україні. *Надати гарантійний лист щодо вищевказаного в складі тендерної пропозиції Учасника.*

2. Виконавець гарантує, що всі комплектуючі, які при необхідності буде замінено під час надання Послуг, нові (такі, що не були у вжитку) та належної якості (надати довідку в довільній формі).

3. Учаснику необхідно надати копію документу, що підтверджує проходження навчання персоналу з питань надання послуг з проведення технічного обслуговування обладнання кисневих генераторів контейнерного типу SUMER OXYFRESH, виданим Виробником даного обладнання або офіційним представником виробника в Україні, скановану з оригіналу документа в кольоровому вигляді відповідних виконавців для надання послуг, передбачених тендерною документацією. Відповідні працівники повинні мати проходження навчання (перевірки знань) з питань охорони праці, а саме: НПАОП 0.00-1.71-13; НПАОП 0.00-1.51-88; НПАОП 0.00-1.81-18; НПАОП 0.00-1.65-88, та навчання (перевірки знань) з питань пожежної безпеки. На працівників які будуть обслуговувати обладнання кисневих генераторів контейнерного типу SUMER OXYFRESH в складі пропозиції Учасник надає скан-копію: протоколу (-ів) або витягу (-ів) з протоколу (-ів) з перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки; та посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці (чинне) та з питань пожежної безпеки (чинне).

4. Учаснику необхідно надати *Гарантійний лист* про те, що виконавець послуг несе відповідальність за дотриманням своїм представником вимог з охорони праці, пожежної безпеки при виконанні робіт на території Замовника.