

ODYOLOJİ BÖLÜMÜ
KALİBRASYON FORMLARI

Doküman No	SBF. FRM.17
Yayın Tarihi	06.01.2023
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ODYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA LABORATUVARI
İŞİTME LABORATUVARI EKİPMANI KALİBRASYON RAPORU

Cihaz modeli:

Kalibrasyon cihazı:

Ses iletici modeli:

Tarih:

ISO/R 389 STANDARTI
STANDARTI

ISO 7566

Referans Değer		Ölçülen		Düzeltilme		Kemik Yolu	
Frekans (Hz)	dB SPL	Sağ (Kırmızı)	Sol (Mavi)	Sağ (Kırmızı)	Sol (Mavi)	Ölçülen	Düzeltilme
125	105						
250	85,5						
500	71,5						
750	67,5						
1000	67						
1500	66,5						
2000	69						
3000	70						
4000	69,5						
6000	75,5						
8000	73						

+/-3 dB'lik fark düzeltme faktörü uygulanmasını veya akustik kalibrasyon yapılmasını gerektirmektedir.

Laboratuvar Sorumlusu

HAZIRLAYAN Birim Kalite Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Merve DENİZ SAKARYA	ONAYLAYAN Birim Sorumlusu Doç. Dr. Asuman ALNİAÇIK
---	---

ODYOLOJİ BÖLÜMÜ
KALİBRASYON FORMLARI

Doküman No	SBF. FRM.17
Yayın Tarihi	06.01.2023
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

Ody.Berfin Eylül Aydemir

HAZIRLAYAN Birim Kalite Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Merve DENİZ SAKARYA	ONAYLAYAN Birim Sorumlusu Doç. Dr. Asuman ALNİAÇIK
---	---