

ODYOLOJİ BÖLÜMÜ
LABORATUVAR FORMLARI

Doküman No	SBF. FRM.15
Yayın Tarihi	06.01.2023
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Revizyon No	00
Sayfa	1/2

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ

BÖLÜM KALİBRASYON FORMU

Tarih:

Laboratuvar Envanteri	Ek Materyal	Kalibrasyon Kontrolü	Açıklama
Otodynamics, ILO292 USB-II	Probe		
İnteracoustics AC40, Klinik Odyometre	İnsert kulaklık		
	Supraaural kulaklık		
	Circumaural kulaklık		
	Kemik vibratör		
Zeisbeg, Klinik Odyometre	Supraaural kulaklık		
İnteracoustics AT235, İmmitansmetri cihazı	Probe		
	Unilateral supraaural kulaklık		
İnteracoustics Eclipse 25, ABR Tarama Cihazı	İnsert kulaklık		
	Preamplifikatör		
	Elektrot kablosu		
İnteracoustics Affinity HIT440, Real Ear Ölçüm Cihazı (REM)	Probe		

X: kalibrasyon kontrolü sonrası düzeltme uygulaması yapıldığını ifade etmektedir. Kalibrasyon ihtiyacı bulunmayan cihazlar için '-' ifadesi kullanılmıştır.

Hazırlayan: Ody.Berfin Eylül Aydemir

Kontrol Eden

Onaylayan

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Birim Kalite Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Merve DENİZ SAKARYA	Birim Sorumlusu Doç. Dr. Asuman ALNİAÇIK

ODYOLOJİ BÖLÜMÜ
LABORATUVAR FORMLARI

Doküman No	SBF. FRM.15
Yayın Tarihi	06.01.2023
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Revizyon No	00
Sayfa	1/2

Ody.Berfin Eylül Aydemir

Laboratuvar Sorumlusu

Doç.Dr.Asuman Alnıaçık

Bölüm Başkanı

HAZIRLAYAN Birim Kalite Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Merve DENİZ SAKARYA	ONAYLAYAN Birim Sorumlusu Doç. Dr. Asuman ALNİAÇIK
---	---

ODYOLOJİ BÖLÜMÜ
LABORATUVAR FORMLARI

Doküman No	SBF. FRM.15
Yayın Tarihi	06.01.2023
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Revizyon No	00
Sayfa	1/2

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ

LABORATUVAR EKİPMAN VE ENVANTERİ KONTROL FORMU

Tarih:...../...../.....

EKİPMAN			KONTROL	AÇIKLAMA
Cihaz/Sistem Adı	Marka/Model	Adet		
Diyapozon	Riester	5		
Otoskop	Riester	1		
Otoskop	Welch Allyn	1		
Aligatör Forseps, Bayonet Penset, Buşon Küret, Forseps	Schreiber	13		
KBB Muayene Koltuğu	Alpha	1		
Empedansmetre	İnteracoustics	1		
ABR Tarama Cihazı	İnteracoustics	1		
Otoakustik Emisyon Cihazı	Otodynamics	1		
Sound Level Meter	Brüel & Kjær	1		
Muayene Masası		2		
Real Ear Ölçüm Cihazı (REM)	İnteracoustics	1		
Odyometre	İnteracoustics	1		
Odyometre	Zeisbeg	1		
Amplifikatör	AUDAC	3		
Preamplifikatör	Behringer	1		
Rack Kabini	Estep	1		
Ses Mikseri	Yamaha	1		
Mikrofon		7		
Laptop	HP	2		
Bilgisayar Ekranı	LG	2		
Kulaklık	AKG	5		
Işıklandırma				
Havalandırma Sistemi		8		
HDMI Aktarım Sistemi	Super Extender by Cat-6e	4		

**Başkent Üniversitesi Ayniyat Daire Başkanlığı kayıtları ve Laboratuvar Envanter Listesi esas alınarak Ody.Berfin Eylül Aydemir tarafından hazırlanmıştır*

Kontrol Eden

Onaylayan

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Birim Kalite Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Merve DENİZ SAKARYA	Birim Sorumlusu Doç. Dr. Asuman ALNİAÇIK

 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ	ODYOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR FORMLARI	Doküman No	SBF. FRM.15
		Yayın Tarihi	06.01.2023
		Revizyon Tarihi	00.00.0000
		Revizyon No	00
		Sayfa	1/2

Ody.Berfin Eylül Aydemir

Laboratuvar Sorumlusu

Doç.Dr.Asuman Alnıaçık

Bölüm Başkanı

HAZIRLAYAN

Birim Kalite Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Merve DENİZ SAKARYA

ONAYLAYAN

Birim Sorumlusu
Doç. Dr. Asuman ALNİAÇIK