

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (ИЦиГ СО РАН) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» руководствуясь Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта (цены контракта заключаемого с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом от 02.10.2013г. №567 просит предоставить коммерческое предложение с указанием сроков поставки и страны происхождения для проведения процедуры закупки поставка товаров медицинского назначения для нужд НИИКЭЛ – филиала ИЦиГ СО РАН

Требования к отгрузке и поставке:

Место (адрес) поставки – г. 630117, г.Новосибирск, ул. Арбузова, 6 НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН

Существенные условия поставки:

1. Цена указывается в рублях Российской Федерации.
2. В цену должны входить стоимость товара, упаковки, маркировки, погрузки, доставки и разгрузки, а также таможенные пошлины (если товар поставляется из-за границы), налоги, сборы и другие сопутствующие расходы, в том числе оплату услуг сторонних организаций.
3. Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере 10% от начальной (максимальной) цены договора.
4. Поставка товаров осуществляется в течение **14 (четырнадцати) календарных дней** с момента направления заявки Заказчиком.

Предполагаемый срок проведения процедуры закупки –**март-апрель 2023 года**

Данный запрос коммерческого предложения не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должна однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг. При расчете НМЦК предпочтение будет отдано коммерческим предложениям, содержащим расчёт цены.

При предложении товара, не совпадающего с запрашиваемым по техническим характеристикам выделить характеристики цветом.

Дата формирования запроса **14.03.2023г.**

Информацию направлять по электронной почте: zakupki@niikel.ru, до **22.03.2023г.**

Описание объекта закупки

При указание цен на медицинские изделия просим учитывать положения приказа Минздрава России № 450Н от 15.05.2020 в части указания ставки НДС.

№ п/п	Наименование	КТРУ/ОКПД2	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Сетка хирургическая для коррекции опущения тазовых органов, из синтетического полимера	32.50.22.190-00005116 Сетка хирургическая для коррекции опущения тазовых органов, из синтетического полимера	Эндопротез сетчатый для лечения недержания мочи у женщин с фиксацией трансобтураторным способом. Эндопротез должен быть изготовлен из полипропиленовой сетки в виде ленты размером 1х40см. От каждого конца ленты должны отходить по одному рукаву, всего 2, для фиксации в обтураторном отверстии. Каждый рукав должен заканчиваться ниткой-проводником, который служит вспомогательным элементом для проведения рукавов с помощью металлических проводников в обтураторное отверстие. Сетка из полипропиленового моноволокна должна быть выполнена в виде прямоугольных сквозных и скрещенных петель, гипоаллергенная. Вес (плотность): не более 55г/м2. Размер пор: 1,53мм x 1,3мм. Пористость: не менее 62%. Толщина: не менее 0,5 мм. Эндопротез должен быть упакован в двойной стерильный пакет и коробку.	шт.	25
2	Сетка хирургическая для коррекции опущения тазовых органов, из синтетического полимера	32.50.22.190-00005116 Сетка хирургическая для коррекции опущения тазовых органов, из синтетического полимера	Эндопротез сетчатый для лечения пролапса гениталий задних отделов у женщин (ректоцеле). Эндопротез должен быть изготовлен из полипропиленовой сетки в виде четырехугольного трапецевидного ложа для укладки пролабируемых тканей (органов), размером 40мм x 140мм. От двух углов отходит по одному рукаву, всего 2, для чрезседалищной фиксации. Каждый рукав должен заканчиваться ниткой-проводником, который служит вспомогательным элементом для проведения рукавов с помощью чрезседалищной иглы в связку кресцово-остистого отростка. Сетка из полипропиленового моноволокна должна быть выполнена в виде прямоугольных сквозных и скрещенных петель, гипоаллергенная. Вес (плотность): не более 28г/м2. Размер пор: 1,06мм x 1,01мм. Пористость: не менее 60%. Толщина: не менее 0,3 мм. Протез должен быть упакован в двойной стерильный пакет и коробку.	шт.	5
3	Сетка хирургическая для коррекции опущения тазовых органов, из синтетического полимера	32.50.22.190-00005116 Сетка хирургическая для коррекции опущения тазовых органов, из синтетического полимера	Эндопротез сетчатый для лечения недержания мочи у женщин с фиксацией трансобтураторным способом. Эндопротез должен быть изготовлен из полипропиленовой сетки в виде ленты размером 1х40см. От каждого конца ленты должны отходить по одному рукаву, всего 2, для фиксации в обтураторном отверстии. Каждый рукав должен заканчиваться ниткой-проводником, который служит вспомогательным элементом для проведения рукавов с помощью металлических проводников в обтураторное отверстие. Сетка из полипропиленового моноволокна должна быть выполнена в виде прямоугольных сквозных и скрещенных петель, гипоаллергенная. Вес (плотность): не более 28г/м2. Размер пор: 1,06мм x 1,01мм. Пористость: не менее 60%. Толщина: не менее 0,3 мм. Эндопротез должен быть упакован в двойной стерильный пакет и коробку.	шт.	1