

ОБГРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі: код ДК 021:2015 (CPV): 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування системи рентгенівської діагностичної IMAX 7700F (с/н 73E21023) – 4 послуги; Технічне обслуговування системи рентгенівської діагностичної IMAX 5800 (с/н 6500A16105) – 4 послуги) UA-2026-02-09-013301-а на очікувану вартість - 120 000,00 грн.

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

Мета проведення закупівлі: для забезпечення ефективної роботи КНП «Бершадська ОЛЛ Бершадської міської ради» у 2026 році.

Оголошення про проведення відкритих торгів

1. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство "Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування Бершадської міської ради".
2. Місце знаходження: 24400, Україна, Вінницька область, м. Бершадь, вул. Будкевича, буд. 2.
3. Код ЄДРПОУ: 01982494
4. Категорія: відповідно до п.1 ч.4 ст.2 Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі» в редакції від 19.04.2020 р.
5. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: **50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання.**
6. Дата оголошення: 09.02.2026 р.
7. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.
8. Ідентифікатор закупівлі **UA-2026-02-09-013301-а**
9. Строк надання послуг(поставки товару): до 31.12.2025 року включно.
10. Очікувана вартість предмета закупівлі: **120 000,00 грн. (з ПДВ).**

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

код ДК 021:2015 (CPV): 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування системи рентгенівської діагностичної IMAX 7700F (с/н 73E21023) – 4 послуги; Технічне обслуговування системи рентгенівської діагностичної IMAX 5800 (с/н 6500A16105) – 4 послуги)

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Учасник несе повну відповідальність за дотримання своїми працівниками правил техніки безпеки, охорони праці та пожежної безпеки при виконанні наданні послуг.

У разі, якщо нижче по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва - читати «або еквівалент».

Мета надання послуг

Послуги надаються з метою підтримки обладнання, систем рентгенографічних у працездатному стані.

Технічна специфікація предмета закупівлі

№/№	Назва ЗВТ	Модель	Завод. номер	Рік випуску
1.	Система рентгенівська діагностична	«IMAX 7700F»	73E21023	2021
2.	Система рентгенівська діагностична	«IMAX 5800»	6500A16105	2016

Інформація про технічні вимоги

Підтвердження відповідності технічних вимог:

№ п/п	Вимоги	Відповідність вимогам (вказати Так/ні)
1.	Технічне обслуговування кожної Системи рентгенівської діагностичної повинно включати в себе: - Перевірка основних робочих напруг живлення та робочого стану кабелів (ізоляція, цілісність, тощо); - Проведення системних тестів згідно сервісної документації; - Перевірка центрування рентгенівського променя відносно світлового поля; - Перевірка та регулювання системи фіксації усіх механізмів; - Перевірка рентгенівської трубки; - Очищення внутрішніх частин апарату; - Перевірка та змащування усіх рухомих частин апарату;	

	- Проведення системних тестів згідно сервісної документації після повного збирання.	
--	---	--

Загальні вимоги до технічного обслуговування:

- Технічне обслуговування передбачає приїзд інженера (ів) на територію Замовника (за вказаною адресою) (надати гарантійний лист).
- Вартість технічного обслуговування повинна включати вартість витратних матеріалів, транспортні витрати, завантаження, розвантаження обладнання, матеріально-технічної бази, а також інших витрат Учасника, необхідних для надання послуг (надати гарантійний лист).
- Учасник при виконанні технічного обслуговування відповідає: за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих, за дотримання правил охорони праці, за своєчасне прибирання робочих місць, за збереження цілісності іншого обладнання, яке знаходиться в зоні виконання послуг (надати гарантійний лист).
- Технічне обслуговування повинно виконуватись кваліфікованим персоналом. На підтвердження надати: Копію(ї) посвідчень персоналу про проходження навчання з радіаційної безпеки.
- Технічне обслуговування повинно здійснюватися згідно регламентів виробника, вказаних в експлуатаційній та сервісній документації до апаратів (надати гарантійний лист).
- Наявність в Учасника діючої ліцензії ДІВ з дозволом на технічне обслуговування систем рентгенівських діагностичних ІМАХ максимальної напруги 150 кВ (надати копію ліцензії).
- Діагностика обладнання проводиться без заміни дефектних вузлів (надати гарантійний лист).
- У випадку технічних несправностей протягом року Учасник надає послуги з діагностики та ремонту безкоштовно, сплаті підлягають комплектуючі та витратні матеріали (надати гарантійний лист).