

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 “Про ефективне використання державних коштів” (зі змінами))

ДК 021:2015: 33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні»
Номер закупівлі: UA-P-2022-10-31-003534-а

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

Інформація про закупівлю:

Очікувана вартість закупівлі: 60 000,00 грн. з ПДВ

Кількість: 2 шт.

Обґрунтування доцільності закупівлі: У зв'язку з необхідністю забезпечення діяльності Центру.

Обґрунтування обсягів закупівлі: в зв'язку з фізичним та моральним зносом обладнання та з нагальною необхідністю.

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі:

ДК 021:2015:33190000-8 «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (стерилізатор повітряний ГП-80) (Код «Класифікатор медичних виробів» НК 024:2019: 35364 — Стерилізатор сухожаровий)

Вимога	Параметр
Корисний об'єм камери, л	83
Габаритні розміри з урахуванням ніжок і ручки (ШхВхГ), мм	610х687х697
Розміри робочої камери (ШхВхГ), мм	450х450х410
Вага нетто, кг	43
Підтримувані режими роботи, °C/хв.	Стерилізація 200 / 30. Стерилізація 180/60. Стерилізація 180/45 Стерилізація 180 / 30. Стерилізація 160/150. Стерилізація 160/70 Дезінфекція 120 / 45. Депірогенізація 260 / 30 Спеціальна 1 (Температура Встановлюється користувачем в межах 50 ÷ 300, Час витримки Встановлюється користувачем в межах від 0:01 до 99:59, або до примусової зупинки) Спеціальна 2 (Температура Встановлюється користувачем в межах 50 ÷ 300, Час витримки Встановлюється користувачем в межах від 0:01 до 99:59, або до примусової зупинки)
Максимальне відхилення від заданої температури по об'єму камери (варіація), °C:	-1/+5
Напруга живлення, В	230±10% В, 50 Гц
Час нагріву до температури стерилізації, хв.	30
Номінальна потужність, Вт	1600
Полиця	5 шт.
Охолодження	Природне охолодження з увімкненим вентилятором циркуляції повітря, після закінчення часу витримки
Дата виготовлення (виробництва), р.	2022
Середній термін служби, р.	8
Гарантійний строк	Не менше 18 місяців

Очікувана вартість закупівлі формувалась із середніх цін комерційних пропозицій, наданих суб'єктами господарювання.