

4. Свидетельство о приемке

Набор № 6 для проведения испытаний коррозионного воздействия на медь по ГОСТ ISO 2160-2013 (аналогичен ISO 2160:1998) соответствует требованиям ГОСТ ISO 2160-2013 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации (при соблюдении требований ГОСТ ISO 2160-2013) на нижеуказанное оборудование:

- Штатив для круглых пробирок;
- Штатив для СВД;
- Штатив для плоских пробирок;
- Пинцет;
- Тиски для медных пластинок;
- Эталон коррозии медных пластин

12 месяцев со дня продажи потребителю.

На расходные материалы (пробирки, пробки корковые, медные пластины, карборундовая бумага, карборундовый порошок, шерсть металлическая и тд.) гарантия не распространяется.

9. Сведения о рекламации

При появлении неисправностей, влияющих на работу в период гарантийного срока эксплуатации обращаться по адресу:

Производитель:

ООО «Лабораторные Технологии»
г. Дзержинск, Нижегородская область, ул. Ленинградская, 12А
Тел.: (8313) 36-76-13
E-mail: lab@laboff.ru

ООО «Лабораторные Технологии»

КОМПЛЕКТ №6 (без бани)

**для испытаний коррозионной активности на медной
пластинке ГОСТ ISO 2160-2013 (аналогичен ISO
2160:1998) Электроизоляционные масла.**

ПАСПОРТ

1. Назначение изделия

Комплект №6 (без бани) предназначен для испытаний коррозионной активности на медной пластинке по ГОСТ ISO 2160-2013 (аналогичен ISO 2160:1998)
Электроизоляционные масла.

2. Технические характеристики

№	Наименование	Характеристика
1	Сосуд высокого давления СВД	
	Материал	12X18Н10Т ГОСТ 5632-2014
	Габаритные размеры (Высота x Диаметр), мм	167x44
	Испытательное давление, кПа (бар)	700 (7,0)
	Внутренние размеры (Высота x Диаметр), мм	160x30
2	Штатив для сосуда высокого давления	
	Материал	AISI304
	Габаритные размеры (ДxШxВ), мм	240x100x240
	Количество отверстий, шт.	2
	Масса, не более, кг.	1,0
3	Пробирка диаметром 25 мм	
	Материал	Стекло BOROSIL
	Габаритные размеры, мм.	25x150
	Объем, мл.	55
4	Штатив для пробирок диаметром 25 мм	
	Материал	AISI304
	Габаритные размеры (ДxШxВ), мм	240x120x240
	Количество отверстий, шт.	10
	Масса, не более, кг.	1,0
5	Пробка корковая (конусная)	
	Материал	Кора пробкового дуба натуральная
	Габаритные размеры (Д ₁ xД ₂ xВ), мм.	34x27x37
6	Медная пластинка	
	Материал	M1M ГОСТ 859-2001
	Габаритные размеры (ДxШxВ), мм.	75x12,5x2
	Масса, г.	16,0
7	Карборундовая бумага (лист)	
	Габаритные размеры листа (ДxШ), мм.	280x230
	Зернистость, мкм.	63
8	Карборундовый порошок	
	Зернистость, мкм.	105
	Масса, г.	150
9	Пинцет	
	Материал	12X18Н10Т ГОСТ 5632-2014
	Тип носика	Прямой

10	Эталон коррозии медных пластин	
	Материал эталона	Алюминий АМГ6
	Материал защитного корпуса	поликарбонат
	Габаритные размеры (ДxШxВ), мм.	195x115x6
11	Плоские пробирки для хранения пластинок	
	Материал	Стекло боросиликатное
	Габаритные размеры (ДxШxВ), мм.	18x12x150
	Объем, мл.	20
12	Штатив для плоских пробирок	
	Материал	AISI304
	Габаритные размеры (ДxШxВ), мм	240x120x240
	Количество отверстий, шт.	10
	Масса, не более, кг.	1,0
13	Шерсть металлическая	
	Материал	Сталь мелкозернистая
	Масса, г.	200
14	Зажимное приспособление (тиски для медных пластин)	
	Материал корпуса	Полипропилен
	Материал губок	M2M ГОСТ 859-2001
	Материал шпильки	12X18Н10Т ГОСТ 5632-72
	Материал втулки	ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
	Габариты (Длина x Ширина x Толщина), мм	305 x 137 x 12
	Масса, кг	0,35

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Сосуд высокого давления СВД	2
2	Штатив для сосуда высокого давления	2
3	Пробирка диаметром 25 мм.	10
4	Штатив для пробирок диаметром 25 мм	1
5	Пробка корковая	10
6	Медная пластинка	50
7	Карборундовая бумага, лист.	10
8	Карборундовый порошок (150г.)	1
9	Пинцет	1
10	Эталон коррозии медных пластин	1
11	Плоские пробирки для хранения пластин	10
12	Штатив для плоских пробирок	1
13	Шерсть металлическая (200г.)	1
14	Тиски для медных пластин	1
15	Паспорт на комплект №6	1
16	Паспорт на сосуд высокого давления	1
17	Паспорт на медные пластины	1
18	Паспорт на эталон коррозии медных пластин	1

	Длина, мм.	197
--	------------	-----

19	Паспорт на зажимное приспособление (тиски)	1
----	--	---

