NEST Sedye (S061AA00) & STEF Helikopter Bağlantı Askı Seti (S059AA00)

Sedye

* Sedye, kazazedenin kapalı ve dar alanlardan tahliyesi için tasarlanmış olmalıdır.

* Sedye, yük altındayken kurtarma sırasında yatay konumdan dikey konuma açılı olarak geçebilmelidir.

* Kafa kısmında 1 adet yanlarda, diz ve ayak arasında 2 adet olmak üzere bağımsız bağlantı halkaları olmalıdır.

* Sedyenin ağırlığı 12 (±2) kg olup; genişliği 50 cm, uzunluğu 200 cm, kalınlığı da 5 cm olmalıdır.

* Helikopter bağlantı / sedye yatay konumlandırma askı seti, sedye ile birlikte teslim edilmelidir.

* Helikopter bağlantı / sedye yatay konumlandırma askısının aparatları üzerinde dâhili fırdöndü, 3 (üç) adet simetrik kilitli oval karabina olmalı ve karabinaların dönmemesi için plastik dönme önleyici aparatlar bulunmalıdır.

* Sedyenin yatay konumda kalabilmesi için yatay konumlandırma askısı üzerinde 1 adet konumlandırma karabinası olmalıdır.

* Helikopter bağlantı / sedye yatay konumlandırma askı seti 600 (±50) gr ağırlığında olmalıdır.

* Helikopter bağlantı / sedye yatay konumlandırma askı seti ve sedye, -30 +50 °C arası sıcaklıklarda kullanılabilmelidir.

* Kazazedenin dikey konumda tahliyesi sırasında sedye içerisinde kaymaması için sedye ile bütünleşik kazazede sabitleme perlonları (tam gövde koşum) olmalıdır.

* Kazazede sabitleme perlonları kolay ayırt edilmesi için farklı renklerde olup, sabitleme perlonlarının kilit tokaları da metal malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

* Sedyenin sırt bölgesinde köpük destek olmalıdır.

* Kazazede sabitleme perlonları kazazedeyi göğüs kısmından çapraz şekilde iki perlon ile sabitlemeli, kalça - bacak kısmında yine iki adet sabitleme perlonu, ayak – topuk bölgesi için de iki adet geniş petli ve ayrıca diz için bir adet sabitleme perlonu olmalıdır.

* Ayak ve vücudu örten kısım, naylon ve polyester malzemeden üretilmiş ve kırmızı renkli olmalıdır.

* Kazazedenin üzerini kapatan örtü, Velkro bant (Cırt Cırt) ile 3 (üç) farklı noktadan tutturulmalıdır.

* Sedyenin baş ve ayak bölgesinde olası serpinti, döküntü ve tozdan korumak için kapüşonu olmalıdır.

* Kazazedenin kafa hariç tüm vücudunu örten örtünün üzerinde 4 (dört) adet alüminyum tokalı ve gergili sabitleme perlonu olmalı, sabitleme perlonları alüminyum tokadan gergili olarak imal edilmiş olmalıdır.

* Bağlantı aparatı sedyeye 3 (üç) farklı bağlantı ile bağlanmalı, kafa kısmında bulunan bağlantı noktası tek noktadan yapılmalı ve kazazedenin kafasına temas etmeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

* Sedyenin sağında, solunda, baş ve ayak kısmında olmak üzere, kurtarmacıların zeminde taşıma yapabilmeleri için tasarlanmış, sağlam yapıda 8 adet tutma kulpu bulunmalıdır. 1 adet baş kısmında, 1 adet ayak kısmında, ayrıca sağ ve sol tarafta 3'er adet olmak üzere toplamda 8 adet tutma kulpu olmalıdır.

* Sedyenin alt kısmı sertleştirilmiş polietilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.

* Sedye üzerinde EN standartlarına uygun olarak üretici markası, modeli, ilgili standartları, yapım tarihi (yıl ve ay olarak), seri numarası ve onaylı kuruluşun kodu yazılı olmalıdır.

* Sedye; üretim tarihinden itibaren en az 3 yıl süre ile malzeme ve üretim hatalarına karşı üreticinin garantisi olacaktır